

遵义市播州区人民医院

关于购置全自动染色盖片工作站及配套耗材项目内部竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2023-ZS026

项目名称：购置全自动染色盖片工作站及配套耗材

采购方式：内部竞争性磋商

采购限价：\

资金来源：自筹

采购需求：

项目编号	产品名称	数量	单位	产地来源
BYC-2023-ZS026	全自动染色盖片工作站	1	套	国产
	配套耗材	1	批	国产
一、技术参数或服务要求				
序号	产品名称	技术参数要求		
1	全自动染色盖片工作站	1. 可对冰冻切片、HE 常规组织切片及细胞涂片等进行染色+盖片的流水线设备。 2. 体积小，可适应各种场地环境。 3. 所有操作在一台设备内完成，快捷，稳定。 4. 自动染色后自动盖片，无需人工介入，省时省力，无需值守。 5. ≥ 10.4 寸彩色触摸控制屏，全中文操作界面。 6. 站点数量：≥ 27 个，至少包括上载站点 1 个，试剂缸 18 个，水洗站点 4 个（可根据客户需求设定为试剂缸），烤缸 3 个，1 个转运位。 7. 具有智能恒温功能试剂站点≥ 6 个。 8. 起始站点（即固定液缸）旁有快捷启动键，一键启动。 9. 可编辑程序数量≥ 180 套，可设程序步骤≥ 80 步。 10. 每个步骤设置时间：1 秒—59 分 59 秒。 11. 至少可设置“精确”、“优先”、“普通”3 种选项。 12. 至少可设置“沥液”、“甩片”、“搅拌”功能。 13. 试剂缸容积：$\leq 350\text{ml}$。 14. 玻片架容量：≥ 20 片/架。 15. 随时追加样本，无需等待，即来即染。 16. 根据水压可调节水流量，保证洗涤充分。 17. 染色过程中流水缸内的进水状态实时检测，出现水流不符合要求时，设备自动报警提示。 18. 按需供水，节约用水。 19. 运行程序断电保存，任意缸开始。		

		20. 具备质控功能。 21. 盖片速度 ≥ 550 片/小时。 22. 喷胶针工作位置实时检测，不在工作位置时机器不运行并自动报警。 23. 坏盖玻片、无盖玻片智能检测。 24. 经典玻璃盖玻片盖片模式，清晰度和透明度高，提高读片质量，既利于显微镜观察，也利于数字扫描，降低科室耗材消耗。 25. 圆弧压片，减少气泡产生。 26. 线状滴胶，避免溢胶。 27. 取片动作采用后推方式，动作简练，故障率低。 28. 盖好的玻片回到原染色架，盖片过程不产生空架。 29. 多种工作模式，染封模式，单染模式，单封模式。 30. 可远程监控，远程下载质控数据。 31. 具有人工语音提示功能，提醒技术人员及时操作。
2	配套耗材	供应商提供配套耗材目录并对应报价（需提供周边医院的供货合同或发票作为佐证资料）；
二、商务要求		
1、设备整机保修 ≥ 2 年。		

★本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

（一）一般条件要求：符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件；

2. 须提供医疗器械经营备案凭证/经营许可证；

3. 若产品不是本公司生产的，还须提供产品生产商/代理商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一）、医疗器械生产备案凭证/生产许可证（或医疗器械经营备案凭证/经营许可证）；

4. 须提供医疗器械产品备案凭证/注册证及相应登记附表；

5. 须提供生产厂家产品销售授权书。

6、提供供应商 2021 年度或 2022 年度资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内]；

7、提供供应商近 3 个月依法纳税证明材料及缴纳社会保障金的证明材料【新注册企业提供当年内或者依法不用纳税及缴纳社保的证明材料】；

8、提供供应商 1 年以上无违法不良记录的证明材料及供应商主体信用记录【新注册企业提供当年内】；

9、其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。

（二）诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站

[www.creditchina.gov.cn，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

三、报名与采购文件获取

1、报名与采购文件获取时间：2023年6月9日-2023年6月15日[8:00-11:30;14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，供应商须在规定的时间内到指定地点获取本采购文件，并登记备案，如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2、报名方式：电子邮件报名

3、报名邮箱：3266520453@qq.com

4、参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标的设备名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的设备名称，另扫描以下资料作为附件（所有附件须编制在一个PDF文件中，否则拒收）同发报名邮箱：

1) 三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；

2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件（复印件加盖公章）；

3) 特殊行业注册证或许可证（复印件加盖公章）；

4) 诚信资格证明材料、无违法不良记录证明（复印件加盖公章）；

四、响应文件递交须知

1、截止时间

2023年6月16日14:30时上班时间[中午休息、周末、节假日除外]，逾期送达的文件拒不接收。

2、投响应文件密封方式：档案袋封装

五、开标时间和地点

1、时间：2023年6月16日14时30分[北京时间]。

2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介：<http://www.zysbzqrmeyy.cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币0元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入

八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1正1副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

2、综合评标法。



遵义市播州区人民医院

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

3、开标条件：响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

1、主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

十、请严格遵守疫情防控相关规定。

遵义市播州区人民医院总务科

2023年6月8日