



遵义市播州区人民医院 关于购置神经外科手术动力装置项目的内部 竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2024-ZS011

项目名称：购置神经外科手术动力装置

采购方式：内部竞争性磋商

采购需求：

| 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产地来源 |
|----------------|------------|----|----|------|
| BYC-2024-ZS011 | 神经外科手术动力装置 | 1 | 套 | 国产 |

技术参数或服务要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数或服务要求 |
|----|------------|--|
| 1 | 神经外科手术动力装置 | <p>功能：颅骨钻、颅骨铣、磨钻、颅底磨钻</p> <p>一、主机：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 微电脑控制，≥ 7 寸彩色液晶触摸屏，恒速驱动控制系统，负载降速$\leq 5\%$；2. 具有故障自诊断和保护；3. BF 型电气安全设计和 100-240V 宽电压；4. 双电机输出，配合脚踏开关作无级变速控制；5. 主机面板和脚踏开关均可进行功能、转向的切换；6. 手柄连接自动识别功能；7. 可选配小体骨钻、小体骨锯、刨削功能。 <p>二、脚踏开关</p> <ol style="list-style-type: none">1. 线缆长$\geq 2.5m$，无级调速，可进行功能切换及注水控制；2. $\geq IPX8$ 防水等级，防滑、防侧翻；3. 可高温高压消毒。 <p>三、微电机：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 开颅用无碳刷微电机，峰值输出功率$\geq 150W$，转速$\geq 40000r/min$；2. 自动风冷。 <p>三、颅骨钻手柄：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 带手把，转速：0-1500r/min，可高温高压消毒颅骨钻头；2. 机械式钻穿即停功能，快装卸接口；钻头多规格可选且能满足神经外科手术需求。 <p>四、颅骨铣手柄：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 可配置可旋转护靴或固定护靴，旋转护靴可 360° 自由旋转；无级调速，输出转速$\geq 40000r/min$；可高温高压消毒。 <p>五、颅骨铣刀</p> <ol style="list-style-type: none">1. 具有密封功能，防止体液进入铣手机内部。直刃，锋利耐用，铣切快捷；铣刀多规格可选且能满足神经外科手术需求。 <p>六、磨微电机</p> |



1. 可高温高压消毒,体积小,最大外径≤21mm,高速电机马达,输出动力强劲稳定,峰值输出功率达≥100W;自动风冷,温升小,高速运行不发烫。

七、磨钻手柄:

1. ISO-E 类型标准接口,接插快捷,可高温高压消毒;最高转速:≥70000r/min,径向跳动小于 0.01mm,急停时间≤0.2s。可根据手术需求灵活选择不同长度的磨钻手柄,至少具有 70、95、125、135、155、175 的磨钻手柄可供选择。

八、磨头:

1. 具有良好的生物相容性,锋利耐用,圆柱度≤0.01mm,直线度≤0.005mm,径向跳动≤0.01mm;

2. 金刚砂球形磨钻头、钨钢球形磨钻头多规格可选且能满足神经外科手术需求。

九. 细长臂磨钻手柄 :

1. 磨钻手柄:角度 0° 和 21° ; ISO-E 类型标准接口,接插快捷,可高温高压消毒;磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能,防止任意旋转。最高转速:≥80000r/min,径向跳动≤0.01mm。

十、磨钻头(细长磨钻头):

1. 具有良好的生物相容性,锋利耐用,径向跳动<0.01mm;金刚石球形磨钻头,不锈钢球形磨钻头多规格可选;

2. 经环氧乙烷灭菌,灭菌有效期≥3年。

十一、细长臂支撑杆附件:

适配 150-155mm 磨钻手柄。

十二、骨钻头:

1. 配有专用的硬脑膜骨钻头,可满足硬脑膜悬吊手术操作。

| | | | | |
|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|
| 2 | 整套系统包含且不限于如下组件 | 组件名称 | 数量 | 单位 |
| | | 主机 | 1 | 台 |
| | | 脚踏控制器 | 1 | 套 |
| | | 微电机 | 1 | 把 |
| | | 颅骨钻手柄 | 1 | 把 |
| | | 颅骨钻头 | 1 | 个 |
| | | 颅骨铣手柄 | 1 | 把 |
| | | 铣手机护靴 | 1 | 把 |
| | | 铣刀 | 3 | 支 |
| | | 微电机 | 1 | 把 |
| | | 磨钻手柄 | 1 | 把 |
| | | 冷却冲洗管路 | 1 | 支 |
| | | 磨钻头(金刚砂球形) | 3 | 支 |
| | | 磨钻头(钨钢球形) | 3 | 支 |
| | | 清洁剂 | 1 | 瓶 |
| | | 润滑剂 | 1 | 瓶 |
| | | 骨钻头 | 1 | 支 |
| | | 细长臂磨钻手柄 | 1 | 套 |
| 细长臂磨钻头 | 3 | 支 | | |
| 细长臂支撑杆附件 | 1 | 支 | | |

商务要求

1、整套系统质保: ≥2年;

★本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

（一）一般条件要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照（三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权；

2. 特殊资格要求：①投标产品属于医疗器械管理的产品，须提供所投产品的医疗器械注册证（含登记表等附件）或医疗器械备案证书（凭证）；②投标产品属于医疗器械管理的产品，供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投产品）或医疗器械经营许可备案证明材料，同时提供生产厂商的《医疗器械生产许可证》（生产范围覆盖所投产品）；供应商为生产厂商的，须提供《医疗器械生产许可证》（生产范围覆盖所投产品），同时提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投产品）或医疗器械经营许可备案证明材料；

3. 须提供生产厂家产品销售授权书和相关资质证明材料；

4. 须提供经合法审计机构出具的 2022 或 2023 年度财务审计报告，或投标截止时间前 3 个月的资产负债表）【新注册企业提供当年内】；

5. 提供供应商 2023 年 9 月至今任意 3 月的依法缴纳税收及缴纳社会保险金的凭据或证明材料【新注册企业提供当年内或者依法不用纳税及缴纳社保的，须提供有效的证明文件】；

6. 提供供应商 1 年以上无违法不良记录的证明材料【新注册企业提供当年内】【供应商自行承诺】；

7. 其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应证明材料。

(二) 诚信资格要求：

提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn]，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单 <http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

三、报名与采购文件获取

(一) 报名与采购文件获取时间：

2024年4月22日-2024年4月29日[8:00-11:30；14:00-17:30][周末、节假日除外]，供应商须在规定的时间内到指定地点获取本采购文件，并登记备案，如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

(二) 报名方式：

电子邮件报名；

(三) 报名邮箱：

zysbzqrmmy2024@163.com ；

(四) 相关提示及报名资料

参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标的项目名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称，另扫描以下资料作为该邮件附件发送至报名邮箱：

1) 三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；

2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面

复印件（复印件加盖公章）；

3) 合格供应商应当具备的资格条件第一条第 2 款特殊资格要求中所需资料（复印件加盖公章）；

4) 诚信资格证明材料、无违法不良记录证明（复印件加盖公章）；

5) 《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》；

6) 《投标廉洁承诺书》。

四、响应文件递交须知

（一）截止时间：

2024 年 4 月 30 日 09:00（星期二）上班时间，逾期送达的文件拒不接受。

（二）投响应文件密封方式

档案袋密封。

五、开标时间和地点

（一）开标时间

2024 年 4 月 30 日 09 时 00 分（星期二）[北京时间]。

（二）开标地点

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

六、信息公开媒介

遵义市播州区人民医院[官网]:<http://www.zysbzqrmmy.cn>。

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。

八、评标办法摘要

（一）合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正、1 副]对项目要求、

技术参数、配置要求进行实质性响应。

(二) 评标方法：

综合评标法。

(三) 开标条件：

响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

(一) 主管科室：

设备科 联系人及电话： 白女士 13985227666

(二) 办理科室：

总务科 联系人及电话： 罗女士 0851-27221960

(三) 联系地址：

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

(四) 投诉与举报电话

纪委综合办 联系电话： 0851-27252009

遵义市播州区人民医院总务科

2024年4月22日