



遵义市播州区人民医院 关于代为医共体成员单位团溪镇中心卫生院白果分院 购置医疗设备一批采购项目的 紧急内部竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2024-ZS032

项目名称：代为医共体成员单位团溪镇中心卫生院白果分院购置医疗设备一批采购项目

采购方式：紧急内部竞争性磋商

采购需求：

项目编号	项目名称	数量	单位	产地来源
BYC-2024-ZS032	代为医共体成员单位团溪镇中心卫生院白果分院购置医疗设备一批采购项目	1	批	国产
技术参数或服务要求				
序号	产品名称	数量及单位	技术参数或服务要求	
1	离心机	1 台	1. 转速范围：100-4500rpm 步进：≤100rpm 2. 最大相对离心力： 2.1 角转子 1: ≥2500×g 步进：≤10×g/100×g(快旋)； 2.2 角转子 2: ≥2100×g 步进：≤10×g/100×g(快旋)； 3. 转速精度：±20rpm； 4. 容量：≥240ml； 5. 运行模式：至少含定时/连续/点动； 6. 定时时间：10s-≥99min 步进：≥1S/1min(快旋)； 7. 转子形式：12 孔角转子/24 孔角转子； 8. 安全性能：至少包含电子门锁、机盖开合状态监控、超速保护、系统自检； 9. 驱动电机：无刷直流电机； 10. 输入电压：AC 100-240V (50/60HZ)； 11. 噪音等级：小于 65dB；	



			12. 加速减速曲线：加速：快速(加速至最高速<23S)、柔和(加速至最高速<66S)；减速：快速(停机时间<23S)、柔和(停机时间<66S)；
2	显微镜	1 台	1. 无限远光学系统； 2. 放大倍数：40X~1000X； 3. 铰链式双目观察筒：倾斜 $\geq 30^{\circ}$ ，双视度调节 ± 5 ，双目瞳距： $\geq 55\text{mm}$ ； 4. 大视场目镜： $\geq 10\text{X}/\phi 20$ ； 5. 无限远平场消色差物镜：4X，10X，40X（弹簧），100X（弹簧、油）； 6. 物镜转换器：内倾式四孔转换器； 7. 粗微调：粗调范围： $\geq 20\text{ mm}$ ，微调每转： $\geq 0.2\text{ mm}$ ，微调格值 $\geq 0.002\text{ mm}$ ； 8. 矩形平台：面积： $\geq 216\text{mm} \times 150\text{ mm}$ ；石磨平台； 9. 机械载物台：行程 $\geq 78\text{mm} \times 54\text{mm}$ ，以右手控制，无凸出，可夹持双切片； 10. 聚光镜：带有可变孔径光栏并有刻度标记，蓝色滤色片 $\Phi \geq 33\text{ mm}$ ，升降调节 $\geq 10\text{mm}$ ； 11. 光源：具备，亮度可调；
3	B 超	1 台	1. 设备名称：全数字彩色超声诊断系统 2. 配置要求 2.1 全数字彩色多普勒超声诊断仪主机 1 台； 2.2 凸阵探头 1 把、浅表探头 1 把、腔内探头 1 把； 3. 用途：腹部、心脏、泌尿科、妇产科、浅表脏器、肌骨、神经、小器官及外周血管等临床超声诊断检查； 4. 主要技术及系统概述： 4.1 全数字彩色多普勒超声波诊断仪组成部分 4.1.1 全数字彩色超声诊断系统主机； 4.1.2 操作面板，背光键盘：可左右旋转，便于操作； 4.1.3 全数字化波束形成器； 4.1.4 多倍信号并行处理技术； 4.1.5 全数字化二维灰阶成像单元； 4.1.6 全数字化彩色多普勒单元； 4.1.7 全数字化能量血流成像单元； 4.1.8 全数字化频谱多普勒显示和分析单元； 4.1.9 去斑点技术； 4.1.10 复合成像； 4.1.11 融合谐波成像（支持所有探头）； 4.1.12 高清血流成像； 4.1.13 对比度自适应 ≥ 3 级可调； 4.1.14 多波束血流高帧频； 4.1.15 图像优化技术 ≥ 4 级可调； 4.1.16 壁墙门檻技术 ≥ 12 级(可视可调)；



			4.1.17 血流效果≥ 4档（可视可调）； 4.1.18 脉冲波多普勒模式(D)，动态范围≥ 8级可调，谱线增强≥ 4级可调（提供证明图片）； 4.1.19 连续多普勒模式； 4.1.20 组织多普勒模式； 4.1.21 ECG； 4.1.22 彩色 M 模式； 4.1.23 自动图像优化：B 模式、C 模式、PW 模式以及 CW 模式； 4.1.24 梯形成像； 4.1.25 二维独立偏转； 4.1.26 穿刺增强，穿刺增强线角度$\geq \pm 30$度，≥ 13级可调（提供证明图片）； 4.1.27 DICOM 功能，至少具备传输、工作清单、结构报告、打印功能； 4.1.28 放大功能：至少具备局部放大和全局放大，以及一键全屏功能； 4.1.29 双实时模式(B/BC)； 4.1.30 实时四同步：B+C+D+自动测量（提供自动测量≥ 9组数据证明图片）； 4.1.31 注释功能：至少具备快捷注释、注释库注释、手动输入注释；注释大小位置，可视可调； 4.1.32 体位标记：具备体位图库（包含腹部、心脏、妇科、血管、快速扫查等）； 4.1.33 语言≥ 12种，一键切换； 4.1.34 支持超声工作站软件； 4.1.35 所配软件为该机型的最新软件版本； 4.1.36 系统一键更新、一键恢复功能； 4.2 测量和分析：至少具备 B 模式、M 模式、PW 模式： 4.2.1 B 模式、PW 模式、M 模式下一般测量； 4.2.2 PW 模式血流测量与分析(至少具备速度、压力、速度积分、时间、PI、RI、S/D、血流量测量)； 4.2.3 产科测量软件：至少具备胎儿重量分析、预产期预估、生长曲线分析(支持四胞胎)、胎儿生理评分测量与分析； 4.2.4 血管测量与分析：至少具备自动 IMT 测量、血管狭窄率测量等； 4.2.5 小器官测量与分析； 4.2.6 泌尿系统测量与分析：至少具备肾脏、前列腺体积、残余尿量分析等； 4.2.7 妇科测量与分析：至少具备妇科多卵泡监测； 4.2.8 专业心脏测量软件包：至少具备压差时间减半测量、Tei 指数测量分析； 4.2.9 测量热键自定义设置功能（数字键 0-9 键设置）； 4.2.10 测量字体大小、位置、屏幕菜单位置显示（可视可调）； 4.2.11 自定义注释：至少具备插入、删除、编辑、保存等； 4.2.12 专业测量报告（至少具备产科、妇科、腹部、小器官、心脏、泌尿等）；
--	--	--	---



		4.3 图像存储与（电影）回放重现单元： 4.3.1 超声图像静态、动态存储：冻结状态下支持； 4.3.2 硬盘$\geq 300\text{GB}$； 4.3.3 电影回放速度，≥ 3级可调； 4.3.4 回调图像后测量功能； 4.3.5 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索和打印等； 4.3.6 超声图像存档与病案管理系统； 4.4 信号输入/输出： 4.4.1 输出：VGA、LAN、DVI、USB 数字信号、复合视频、S-Video 4.4.2 输入：ECG、USB、脚踏开关； 4.4.3 USB 接口≥ 6个，可接更多外设数字设备； 4.4.4 可支持外接鼠标及键盘； 4.5 连通性：医学数字图像接口部件，通信 DICOM3.0 版接口部件； 5. 系统通用功能 5.1 操作面板可左右旋转$\geq \pm 90^\circ$，多档调节； 5.2 内置探头接口：左右并列全激活相互通用接口≥ 3个，零插拔力金属体连接器（提供证明图片）； 5.3 探头杯：≥ 6个，可拆卸清洗； 5.4 线缆管理器：≥ 2个； 5.5 抽离式过滤网； 5.6 可拆卸抽拉式主机箱； 5.7 探头规格： 5.7.1 频率：超宽频、变频探头，工作频率范围明确显示； 5.7.2 探头基波频率≥ 5种，谐波频率≥ 5种； 5.7.3 超宽频带探头：频率范围 1.5-15.0MHz； 5.7.3.1 凸阵探头：超声频率 2.0-6.8MHz； 5.7.3.2 线阵探头：超声频率 4.0-15.0MHz； 5.7.3.3 相控阵探头：超声频率 2.0-5.4MHz； 5.7.3.4 腔内探头：超声频率 4.0-10.0MHz； 5.7.4 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置，穿刺引导线任意角度可调，可配医用不锈钢材质穿刺架，穿刺架引导角度≥ 3种可调 5.8 二维灰阶显像主要参数； 5.8.1 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm 深度时，帧速率≥ 55 帧/秒； 5.8.2 可视可调二维图像增益≥ 255，连续可调； 5.8.3 可视可调动态范围≥ 165，≥ 16级可调，≥ 9步进； 5.8.4 最大扫描深度$\geq 36.6\text{cm}$； 5.8.5 回放重现，多级灰阶图像回放，回放时间≥ 2200 帧； 5.8.6 增益调节≥ 255，可视可调（B/C/D 可独立调节）； 5.8.7 STC 分段增益≥ 8 段； 5.8.8 伪彩调节≥ 29 种； 5.8.9 发射声速聚焦：≥ 9 焦点选择，多焦点可调； 5.9 彩色多普勒 5.9.1 彩色显示帧频：凸阵探头，全视野，18cm 深度时：彩色显
--	--	---



			示帧频≥ 22 帧/s; 5.10 频谱多普勒: 5.10.1 方式: PW、CW; 5.10.2 最大测量速度: CW 血流速度≥ 24.6m/s; 5.10.3 最低测量速度: ≤ 0.5 mm/s(非噪声信号); 5.10.4 脉冲重复频率(PRF): ≥ 25KHz; 5.10.5 显示方式: B、2B、4B、B/D、B/M、M、B/C、B/C/D、B/C/CW、B/CW、B/4D;
4	心电图机	1 台	1. 采集方式: 12 导联同步采集; 2. 采样率: 12 位/1000Hz; 3. 耐极化电压: ± 500mV (灵敏度变化$\leq \pm 5\%$); 4. 定标电压: $1\text{mV} \pm 2\%$; 5. 标准灵敏度: $10\text{mm/mV} \pm 2\%$; 6. 输入阻抗: $\geq 50\text{M}\Omega$ (10Hz); 7. 共模抑制比: 105dB (加交流滤波器), 模数转换精度: ≤ 2.5 μV; 8. 频率响应: 0.05Hz-160Hz (-3dB); 9. 噪声电平: $\leq 15\text{uVp-p}$; 10. 时间常数: ≥ 4 秒; 11. 具有滤波器功能, 交流滤波器、肌电滤波器、漂移滤波器 12. 交流电源: 100-240V, 50Hz/60Hz; 13. 输入电路: 浮地输入, 具有抗除颤效应防护电路和起搏脉冲抑制电路; 14. 走纸速度: 至少含 5、6.25、10、12.5、25、50mm/s ($\pm 3\%$) 可选; 15. 具有自动, 至少含 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mV 等灵敏度可调; 16. 交直流两用, 内置可充电锂电池可连续工作 3 小时以上; 17. 液晶显示: ≥ 7 寸彩色液晶显示屏, 同屏显示 12 导联心电波形和工作状态, 支持屏幕预览分析报告和诊断结果; 18. 人机对话功能; 全键盘中英文输入, 支持拼音/五笔中文输入患者姓名、医院信息等; 分析输出及测量输出; 19. 可存储≥ 250 例病例, 可以 SD 卡、U 盘扩展存储, 可导出数据, 已存储心电图文件可随时调阅回顾及打印; 20. 回顾功能: 分析打印前 10 秒心电图, 适合体检/急诊; 21. 具有 RJ11 通讯接口, 具有 RJ14 网络接口, 具有 LAN 有线网络接口, 能直接接入心电信息管理系统平台, 可配合软件直接升级为心电工作站; 22. 冻结记录: 支持≥ 3 分钟波形冻结记录模式; 23. 具有自动诊断, 自动分析心电图结果;



5	雾化机	4 台	1. 空气流量: $\geq 5\text{L/min}$; 2. 空载噪音值: $\leq 60\text{dB(A)}$; 3. 喷雾速率: $\geq 0.1\text{ml/min}$; 4. 机器压力: 正常工作条件下 $50\text{KPa} \sim 150\text{KPa}$; 5. 使用寿命: 室温下累计工作 ≥ 2000 小时; 6. 温控保护: 雾化器工作温度超 130°C, 温控开关触发; 7. 工作制: 间歇加载连续运行;
6	抢救车	1 台	1. 不锈钢板材, 材料厚度 $\geq 0.80\text{mm}$; 2. 尺寸 (长宽高): $\geq 650\text{mm} \times 400\text{mm} \times 860\text{mm}$; 3. 二抽二门, 有旁抽屉, 配优质滚珠缓冲阻尼滑轨, 上翻盖配急救药袋; 4. 加厚把手及加厚翻盖连接片, 有升降输液架, 四个万向耐磨脚轮, 对角刹车;
7	输液车	1 台	1. 尺寸 (长宽高): $\geq 600\text{mm} \times 400\text{mm} \times 860\text{mm}$ 2. 由 201# 不锈钢管及 430# 不锈钢板经焊接组装, 外型各焊接部件打磨平整; 3. 双层, 每层均带围栏, 上部带一个抽屉, 静音滑道, 可存放一次性输液器、棉签、纱布等; 4. 配有底层塑料污物桶, 万向耐磨脚轮四只, 2 粒活动, 2 粒带刹;
8	吸痰器	1 台	1. 极限负压值: $\geq 0.075\text{MPa}$; 2. 抽气速率: $\geq 15\text{L/min}$; 3. 噪音: $\leq 65\text{dB(A)}$; 4. 贮液瓶: $\geq 1000\text{mL}$, 1 只; 5. 电源: $\text{AC}220\text{V} \pm 22\text{V}$, $50\text{Hz} \pm 1\text{Hz}$;
9	治疗盘	1 个	1. 材质: 不锈钢; 2. 有盖方盘; 3. 尺寸: ≥ 11.5 寸;
10	呼吸气囊	1 个	规格: 3L 成人大号;
11	呼吸气囊	1 个	规格: 1L 婴儿小号;
12	手术床	1 台	1. 台面升降、前后倾、左右倾、床体平移等主要体位调整均由按键操作、电动推杆传动实现; 2. 台面可作纵向移动, 与 C 型臂配套使用可进行射线诊查或拍片; 3. 台面板采用高强度并可透 X 光线的复合材料制成; 4. 床垫采用慢回弹海绵可依据病人体温自然塑型; 5. 头腿板可拆卸, 腿板可手动旋转外展、下折; 6. 具备手持操纵器;



			7. 手术台为医用级 304 不锈钢材质； 8. 高强度不锈钢底罩，手术台底座具有固定或移动功能，底部带有轮子； 9. 台面内置腰桥； 10. 手术台主要动作（至少包含）：台面升降、台面前后倾、台面左右倾、床体平移采用电动装置，该装置由控制器、电动推杆等组成；头板、腿板、背板折转，由气弹簧控制操作；腰板上升机械控制； 11. 电控部分主要由电源器、控制按钮盒等组成； 12. 台面长度：$\geq 2000\text{mm}$； 13. 台面宽度：$\geq 480\text{mm}$（不带侧轨）； 14. 台面高度（电动、不含床垫）：最低$\leq 710\text{mm}$，最高$\geq 1010\text{mm}$； 15. 床面前后倾角度（电动）：前倾$\geq 15^\circ$、后倾$\geq 22^\circ$； 16. 床面左右倾角度（电动）：左倾$\geq 20^\circ$、右倾$\geq 20^\circ$； 17. 头板折转角度（手动）：上折$\geq 35^\circ$、下折$\geq 90^\circ$； 18. 背板折转角度（手动）：上折$\geq 90^\circ$、下折$\geq 15^\circ$、可拆卸； 19. 腿板折转角度（手动）：上折$\geq 15^\circ$ 下折$\geq 90^\circ$ 轴式可展开180° 可拆卸； 20. 台面纵向平移（电动）：$\geq 400\text{mm}$； 21. 额定承重：$\geq 180\text{kg}$； 22. 腰桥升降行程：$\geq 120\text{mm}$；
13	无影灯	1 台	1. 伸缩调节杆调节范围 1000~1600 mm、调节球头绕球头臂转动范围前后90°、左右90° 正斜调节； 2. 各零部件配合良好，经紧固后，不得有松动现象； 3. 电源要求：交流 220V、50Hz； 4. 外壳漏电流：正常使用时外壳的对地电压不超过交流 30V；
14	托盘（带支架）	1 个	1. 不锈钢 201； 2. 单臂托盘架车；
15	换药盘	6 个	≥ 11.5 寸 $\geq 300*200*50\text{mm}$ ；
16	换药盘	6 个	小号；
17	弯血管钳	12 把	16cm 弯全齿；
18	弯血管钳	12 把	14cm 弯全齿；
19	持针器	6 把	16cm 粗针；
20	线剪	6 把	16cm 直；
21	组织剪	6 把	14cm 直；
22	有齿镊	6 把	16cm 横齿（敷料）；
23	无菌缸	2 个	1. 尺寸：16cm； 2. 材质：304 不锈钢；



24	移动输液架	20 个	1. 材质：不锈钢； 2. 底座：ABS(可选配重)； 3. 上管：直径 $\geq 19\text{mm}$ ； 4. 下管：直径 $\geq 25\text{mm}$ ； 5. 调节方式：旋钮； 6. 高度：1-2M； 7. 挂钩： ≥ 4 个；
25	血压计	2 个	1. 水银血压计； 2. 标尺双刻度显示:kPa 和 mmHg 两种读数； 3. 测量范围:0~40kPa (0~300mmHg)； 4. 小的分度值为 $\leq 0.5\text{kPa}$ (2mmHg)； 5. 基本误差: $\pm 0.5\text{kPa}$ ($\pm 3.75\text{mmHg}$)；
26	病历架	1 个	1. 尺寸（长宽高）： $\geq 630\text{mm} \times 370\text{mm} \times 905\text{mm}$ ； 2. 材质：不锈钢； 3. 可放 ≥ 60 本病历夹，带锁头，配置 ≥ 2 个抽屉； 4. 万向耐磨脚轮四只，2 粒活动，2 粒带刹；
27	病历夹	16 个	材质：ABS ；
28	听诊器	2 个	1. 材质：全铜听头，耳环三通采用优质铜材制造，增弹塑料，弹簧片采用弹簧钢制成； 2. 耳环弹力： 两耳塞拉开 $\geq 140\text{mm}$ ，弹力值 $\geq 1.372\text{N}$ ； 3. 耳环弹性： 两耳塞拉开 $\geq 300\text{mm}$ ，变形不大于 10mm ； 4. 弹簧片硬度： HR15N82.9-88.4；
29	检查床	1 张	1. 尺寸（长宽高）： $\geq 1900\text{mm} \times 600\text{mm} \times 600\text{mm}$ ； 2. 四只支撑脚采用 $\geq 50 \times 30 \times 1$ 碳钢焊管，脚架连接管采用 $\geq 30 \times 30 \times 1 \times 1.2$ 碳钢焊管，四只脚带有防滑耐磨胶脚； 床架用 $\geq 50 \times 30 \times 1$ 的焊管，床脚、脚架连接件采用 $\geq 20 \times 10 \times 1$ 的型材连接； 3. 床面垫底面采用九层板，床面表面采用高级人造革，内面采用高级泡沫；
商务要求			
1、医疗设备类整机保修 ≥ 2 年； 2、器械类 ≥ 1 年；			

★本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

（一）一般条件要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照（三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权；

2. **特殊资格要求：**①投标产品属于医疗器械管理的产品，须提供所投产品的医疗器械注册证（含登记表等附件）或医疗器械备案证书（凭证）；②投标产品属于医疗器械管理的产品，供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投产品）或医疗器械经营许可备案证明材料，同时提供生产厂商的《医疗器械生产许可证》（生产范围覆盖所投产品）；供应商为生产厂商的，须提供《医疗器械生产许可证》（生产范围覆盖所投产品），同时提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投产品）或医疗器械经营许可备案证明材料；

3. 须提供生产厂家产品销售授权书和相关资质证明材料；

4. 须提供经合法审计机构出具的 2022 或 2023 年度财务审计报告，或投标截止时间前 3 个月的资产负债表【新注册企业提供当年内】；

5. 提供供应商 2024 年 1 月至今任意 3 月的依法缴纳税收及缴纳社会保障金的凭据或证明材料【新注册企业提供当年内或者依法不用纳税及缴纳社保的，须提供有效的证明文件】；

6. 提供供应商 3 年以上无违法不良记录的书面声明【新注册企业提供当年内】（格式自拟）；

7. 其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应证明材料。

（二）诚信资格要求：

投标人自行承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询截止时点为开标当日评审前，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果（**承诺自拟**）。

三、报名与采购文件获取

（一）报名与采购文件获取时间：

2024年10月22日-2024年10月24日[8:00-11:30;14:00-17:00][周末、节假日除外]，供应商须在规定的时间内将报名资料发送到指定报名邮箱并登记备案，如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加；

（二）报名方式：

电子邮件报名；

（三）报名邮箱：

zysbzqrmyy2024@163.com ；

（四）相关提示及报名资料

参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标的项目名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称，另扫描以下资料作为该邮件附件发送至报名邮箱：

- 1) 三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；
- 2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件（复印件加盖公章）；
- 3) 合格供应商应当具备的资格条件第一条第2款特殊资格要求中所需

资料（复印件加盖公章）；

- 4）诚信资格证明材料、无违法不良记录证明（复印件加盖公章）；
- 5）《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》；
- 6）《投标廉洁承诺书》。

四、响应文件递交须知

（一）响应文件递交时间

2024 年 10 月 25 日 14:00~14:30（北京时间），逾期送达的文件拒不接受；同时需提交纸质版报名资料一套，并每页加盖报名公司鲜章。

（二）投响应文件密封方式

档案袋密封。

五、开标时间和地点

（一）开标时间

2024 年 10 月 25 日 14 时 30 分（星期五）[北京时间]。

（二）开标地点

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

六、信息公开媒介

遵义市播州区人民医院[官网]:<http://www.zysbzqrmeyy.cn> 。

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。

八、评标办法摘要

（一）合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正、1 副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

（二）评标方法：

综合评标法。

(三) 开标条件:

响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

(一) 主管科室:

设备科 联系人及电话: 白女士 0851-27250703

(二) 办理科室:

总务科 联系人及电话: 罗女士 0851-27221960

(三) 联系地址:

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

(四) 投诉与举报电话

纪委综合办 联系电话: 0851-27252009

遵义市播州区人民医院总务科

2024年10月22日