

遵义市播州区人民医院

关于购置动态心电图记录盒项目的更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：BYC-2024-ZS040

原公告的采购项目名称：购置动态心电图记录盒

首次公告日期：2024年12月5日

二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	采购公告	技术参数或服务要求中： 二、分析软件功能要求中第10款： 支持心率变异性(HRV)分析； 具有心率震荡(HRT)、心率减速力(DC)、T波电交替(TWA)、QT离散度、心电图向量图(VCG)、心室晚电位(VLP)、睡眠窒息(SAP)的自动分析功能；	技术参数或服务要求中： 二、分析软件功能要求中第10款： 支持心率变异性(HRV)分析； 具有心率震荡(HRT)、心率减速力(DC)、T波电交替(TWA)、QT离散度、心电图向量图(VCG)、心室晚电位(VLP)的自动分析功能； 备注：删除“睡眠窒息(SAP)”；
2	采购文件	技术参数或服务要求中： 三、分析软件功能要求中第10款： 支持心率变异性(HRV)分析； 具有心率震荡(HRT)、心率减速力(DC)、T波电交替(TWA)、QT离散度、心电图向量图(VCG)、心室晚电位(VLP)、睡眠窒息(SAP)的自动分析功能；	技术参数或服务要求中： 二、分析软件功能要求中第10款： 支持心率变异性(HRV)分析； 具有心率震荡(HRT)、心率减速力(DC)、T波电交替(TWA)、QT离散度、心电图向量图(VCG)、心室晚电位(VLP)的自动分析功能； 备注：删除“睡眠窒息(SAP)”；

--	--	--	--

更正日期： 2024 年 12 月 10 日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

(一) 采购人信息

名 称： 遵义市播州区人民医院

地 址： 贵州省遵义市播州区万寿街南 91 号

项目联系人： 罗老师

电 话： 0851-27221960

遵义市播州区人民医院总务科

2024 年 12 月 10 日