

## 遵义市播州区人民医院

### 关于购置超声乳化手术系统项目的内部竞争性磋商公告

#### 一、项目基本情况

项目编号：BYC-2022-ZS042

项目名称：购置超声乳化手术系统

采购方式：内部竞争性磋商

采购限价：\

资金来源：自筹

采购需求：

项目编号	产品名称	数量	单位	采购限价	产地来源
BYC-2022-ZS042	超声乳化手术系统	1	套	\	进口

#### 技术参数或服务要求

##### 一、产品参数及功能要求：

- 1、主机包含及不限于以下功能：PHACO（超乳）、I/A（注/吸）、DIA（电凝）、VIT（前节玻切）。
- 2、主要功能具体要求
  - 2.1 灌注：
    - 2.1.1、灌注压：由灌注杆的高度控制或手动调节。
    - 2.1.2、开始/停止：由节流阀控制。
  - 2.2 抽吸：
    - 2.2.1、抽吸泵：蠕动泵或真空泵
    - 2.2.2 压力设置： $\geq 0-550\text{mmHg}$ （增量： $5\text{ mmHg}/1\text{kpa}$ ）
    - 2.2.3 线性控制：根据脚踏板压下量可进行线性控制。
    - 2.2.4 线性控制：根据脚踏板压下量可调节
    - 2.2.5 前房平衡：灌注平衡
    - 2.2.6 回流：灌注回吐
  - 2.3 超声波：
    - 2.3.1、频率： $\leq 40\text{KHz}$ ， $\geq 4$  晶片，能量控制平稳、精确，设计轻巧
    - 2.3.2、输出：显示为 100%最大振幅
    - 2.3.3、输出设置：0 - 100 %（增量： $\geq 1\%$ ）
    - 2.3.4、有多种超声模式：连续超声，脉冲式，爆破式
    - 2.3.5、脉冲次数 $\geq 1-100$  次/秒，
    - 2.3.6、可选择波形超声的开启和关闭，
    - 2.3.7、能量控制：低端能量输出精确设计，0-100%能量，精确可控。
  - 2.4 玻璃体切割器：
    - 2.4.1、动力源：内置空气压缩机或其他形式动力源。
    - 2.4.2、切割速度： $\geq 100 - 1000\text{ cpm} * 10$ （增量： $100\text{ cpm}$ ）
    - 2.4.3、最小切口： $\leq 2.2\text{mm}$
    - 2.4.4、前段玻切模式：固定切割和线性切割可选。
    - 2.4.5、前节切速：气动玻切 $\geq 700$  次/分

- 2.5 电凝：
- 2.5.1、频率： $\geq 386\text{KHZ}$
- 2.5.2 可选择电凝笔或双极电凝镊
- 2.5.2、双极电凝：配有双极电凝镊，能量范围： $\geq 7\text{W}$ ，固定电凝和线性电凝可选。
- 3、脚踏控制：控制灌注、抽吸、超声波、电凝、回吐、等功能。
- 4、显示屏：中文直观 LCD 屏幕或性能更优的屏幕。
- 5、可储存至少 20 名手术医生参数。
- 6、针头设计：有多种型号可选，可自由选择直针头或弯针头、满足个性化手术选择。
- 7、中文界面操作、中文声音提示功能。
- 8、具有前房稳定技术，持续监控负压，智能化预期压力变化
- 9、管道：配置可高温高压消毒重复性使用管道或一次性管道。

## 二、商务要求

- 1、设备保修 $\geq 2$ 年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少 2 次的上门维护保养工作。
- 2、3 个月内非人为质量问题提供换货。售后服务响应时间不超过一小时，全年 24 小时技术支持，6 小时内提供维修方案及报价，24 小时内到达现场，贵州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式

**本项目不接受联合体投标。**

其它要求：详见《采购文件》

### 二、合格供应商应当具备的资格条件

（一）一般条件要求：符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件；

2. 须提供医疗器械经营备案凭证/经营许可证；

3. 若产品不是本公司生产的，还须提供产品生产商/代理商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一）、医疗器械生产备案凭证/生产许可证（或医疗器械经营备案凭证/经营许可证）；

4. 须提供医疗器械产品备案凭证/注册证及相应登记附表；

5. 须提供生产厂家产品销售授权书。

6、提供供应商 1 年以上资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内]；

7、提供供应商依法纳税证明材料[新注册企业可提供当年内或提供依法不需要纳税的相关文件证明]；

8、提供供应商 1 年以上无违法不良记录的证明材料及供应商主体信用记录【新注册企业提供当年内】；

9、其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。

（二）诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)]，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记

录名单 <http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>的查询记录截图[完整清晰]。

### 三、报名与采购文件获取

1、报名与购买采购文件时间：2022年12月22日-12月28日[8:00-11:30；14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，供应商须在规定的时间内到指定地点现场购买本采购文件，并登记备案，如在规定时间内未购买采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2、报名与购买采购文件地点：遵义市播州区人民远程医疗中心二楼总务科；**报名方式：现场报名。**

3、本采购文件售价：人民币100.00元/包[不收外币、不接受电子支付；文件售后不退，谈判资格不能转让]

4、供应商购买采购文件时应携带以下资料：

报名时由项目负责人持法人授权委托书报名，并携带资质证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证、特殊行业注册证或许可证、诚信证明（上述政府网站打印）、无违法不良记录证明（上述政府网站打印）；以上材料收加盖公章复印件，授权委托书收原件。

### 四、响应文件递交须知

#### 1、截止时间

2022年12月29日08:30时上班时间[中午休息、周末、节假日除外]，逾期送达的文件拒不接收。

2、投响应文件密封方式：档案袋封装

### 五、开标时间和地点

1、时间：2022年12月29日08时30分[北京时间]。

2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介：<http://www.zysbzqmyy.cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

### 七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入

### 八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1正1副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

2、最低评标价法。

3、开标条件：响应报价 $\geq 3$ 家。

### 九、联系方式

1、主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、办理科室：总务科

联系人及电话： 罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

十、请严格遵守疫情防控相关规定。

遵义市播州区人民医院总务科

2022年12月22日

遵义市播州区人民医院