

遵义市播州区人民医院

关于购置介入手术器械包等耗材内部竞争性谈判采购的公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2022-ZS044

项目名称：购置介入手术器械包等耗材

采购方式：内部竞争性谈判

采购限价：不高于所投品牌对应规格型号耗材的阳采平台参考价

资金来源：自筹

采购需求：

项目编号	产品名称	数量	单位	采购限价	产地来源
BYC-2022-ZS044	介入手术器械包等耗材	1	批	不高于所投品牌对应规格型号耗材的阳采平台参考价	不限
技术参数和服务要求					
序号	产品名称	参数要求			
1	连接管	1、性能描述：进行介入手术时，用于器械间连接并提供通路，PTCA 手术的辅助器械。由流通管，内/外圆锥锁定接头组成，制造材料：流通管：聚氯乙烯（含 15%-25%DEHP);内/外圆锥锁定接头：聚碳酸酯。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用； 2、采用不含增塑剂的 PVC 挤出成型，具有耐压稳定，使用安全等优点； 3、长度供应 30cm、60cm、91cm、122cm，适用范围更广； 4、耐压 500psi。			
2	介入手术器械包	1、性能描述：各组件通过不同的配合或连接可以用于血管造影和血管介入治疗，产品至少包括连接管，连通板，推注器，由 ≥ 3 个组合搭配构成。其中血管鞘包含外鞘，扩张器，导丝，穿刺针，手术刀，取直器。Y 阀包含推拉式 Y 接头，旋转式 Y 接头，导入器，转向器。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期两年。 2、推杆和注筒：推注平滑顺畅； 3、光洁透明的注筒：明显的刻度标记让观察者在操作中轻松读数 4、T 推杆和注筒的特殊设计能降低了空气进入的可能性； 5、可旋转鲁尔外圆锥锁定接头； 6、ON 开关三通板，包含无尾（带鲁尔接头连接管）和有尾； 7、产品耐压 500psi； 8、旋转顺滑平稳，耐压很稳定，顺滑度极佳，避免耐压过低或旋转过紧。			

本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

(一) 一般条件要求：符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件；

2、供应商相应的法定代表人、负责人身份证正反两面复印件（必须提供）；委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

3. 须提供医疗器械经营备案凭证/经营许可证；

4. 若产品不是本公司生产的，还须提供产品生产商/代理商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一）、医疗器械生产备案凭证/生产许可证（或医疗器械经营备案凭证/经营许可证）；

5. 须提供医疗器械产品备案凭证/注册证及相应登记附表；

6. 须提供生产厂家产品销售授权书；

7、供货单位所供产品必须全部能够满足**泌尿外科**使用需求，并且提供产品须为贵州省高值医用耗材阳光采购目录内；（如该品种产品均未挂网除外）

8、供货单位所供产品必须有国家医保 20 位码；

9、贵州省高值医用耗材阳光采购平台备案配送商证明信息；

10、供应商 1 年以上资产负债表或通过中介审计的有效财务审计报告复印件【新注册企业提供当年内】；

11、提供供应商依法纳税证明材料及缴纳社会保障金的证明材料【新注册企业提供当年内或者依法不用纳税及缴纳社保的证明材料】；

12、提供供应商 1 年以上无违法不良记录的证明材料[新注册企业提供当年内]；

13、其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。

(二) 诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn]，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单 <http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

三、报名与采购文件获取

1、报名与购买采购文件时间：2022 年 12 月 27 日-2023 年 01 月 03 日[8:00-11:30；14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，供应商须在规定的时间内到指定地点

购买本采购文件，并登记备案，如在规定时间内未购买采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2、报名与购买采购文件地点：遵义市播州区人民远程医疗中心二楼总务科。

3、本采购文件售价：人民币 100.00 元/包[不收外币、不接受电子支付；文件售后不退，谈判资格不能转让]

4、供应商购买采购文件时应携带以下资料：

报名时由项目负责人持法人授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证正反面复印件报名，并携带资质证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证、特殊行业注册证或许可证、诚信证明（上述政府网站打印）、无违法不良记录证明（上述政府网站打印）；以上材料收加盖公章复印件，授权委托书收原件。

5、接受 QQ 邮箱报名，报名 QQ 邮箱为 3266520453@qq.com。

报名供应商可将加盖公章的报名资料扫描件发送到指定邮箱进行报名；报名成功后我院将下发采购文件，敬请关注邮箱回复。（敬请关注邮箱，收到后请回复，未回复单位视为自动放弃）。

四、响应文件递交须知

1、截止时间

2023 年 01 月 04 日 10 : 00 时上班时间[中午休息、周末、节假日除外]，逾期送达的文件拒不接收。

2、投响应文件密封方式：档案袋封装

五、开标时间和地点

1、时间：2023 年 01 月 04 日 10 时 00 分[北京时间]。

2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介：<http://www.zysbzqrmmy.cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。

八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正 1 副]对项目要求、技术参数、配

置要求进行实质性响应。

2、最低评标价法。

3、开标条件：响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

1、主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

十、请严格遵守疫情防控相关规定。

遵义市播州区人民医院总务科

2022年12月27日