

遵义市播州区人民医院

关于 ICU 重症监护室电动病床采购项目紧急内部询价采购的公告

- 一、项目编号：BYC-2023-ZW002
- 二、项目名称：ICU 重症监护室电动病床采购
- 三、预算限价：167000.00
- 四、项目内容及需求

项目编号		分项名称	单位	数量	采购限价（元）	产地来源	
BYC-2023-ZW007		五功能电动 ICU 床	套	7	167000.00	国产	
		普通三功能电动护理病床	套	15			
技术参数或服务要求							
序号	产品名称	参数要求			数量	单价（元）	总价（元）
1	五功能电动 ICU 床	★1、产品外形尺寸：长:2150×1030×580mm 功能：五功能电动护理床能随意调节床的水平高度、靠板和脚板的角度，能通过手控器进行背、脚体位高低顺意调节、进行水平升降，背部倾斜：0—75 度；腿部倾斜：0—45 度；整体升降 0—220；床体前后倾倒：12 度； 2、产品材料：床体采用优质冷轧碳素钢管厚度 1.5mm，部分承重材料采用 3mm 一体冲压成型件，床面板以优质冷轧碳钢板 1.2mm 一次冲压成型。床面四角有防撞击 ABS 包角，具有防刮伤的功能。床板强度高，受力均衡，抗压力强，并带透气孔，兼防滑功能；下面焊接钢管加强，坚实耐用。 3、床体静态可承载 300Kg、动态可承载 200Kg；背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆承受压力小，摇动时操作省力。 4、医疗电机系统：电机五个、电控箱一个、控制手柄一个。电机采用通过 CE 认证低电压直流静音马达，确保长期使用的安全性，低噪音，并通过 3 年质保。 一键复位功能，手动 CPR；一键式实现背与腿板的联动功能，一键式前、后倾斜功能，一键式复位功能，一键式锁定功能，一键式 CPR 功能 配备蓄电池方便在应急情况下保证病床的正常使用 5、四片分体式升降 ABS 护栏，可轻松装卸 PP 护栏,有上下移动手握式单键开关。护栏可折叠伸缩；收缩时略高出床垫，防止床垫移位。安装在床面板上，可随床体的功能同时动作。可上下升降，下降过程中有气动减速装置，防止在下降过程中速度过快对人员造成伤害。 6、床头、床尾板采用 ABS 一体吹压成形，无缝隙，易清洁，不变形，床头板高，床尾板低，带有防松制和扩受力强度功能；床尾板有床头卡插槽；床头尾板左上和右上方具有两个扶手。藏锁定开关，稳定可靠，床尾板外侧设信息卡插槽并			7	9800 元/套	68600

带防撞滚轮，能有效过滤掉移动过程中碰撞产生的撞击力；

7、中控轮：采用 5” 豪华脚轮，中控制刹车功能，刹车效果稳定，各尺寸精度高，脚轮强度高。固定旋转方位（定向脚轮）；全方位释放（万向脚轮）；全方位锁定功能（止旋、止转）。承重量高，运行平稳，无噪音，通过控制横杆踩压与提升实现控制功能，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入，独立刹车；轮面采用 TPR 高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。

8、整床采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色，有效延长使用寿命。

9、床套采用蓝色单面牛津防水布材料，附透气孔，拉链设置，预留输液插孔位置拆洗方便；内层采用高密度海棉及机压整形椰棕，透气性强，均经防虫、防变形处理； 床垫总体厚度为 80mm，其中海棉 50mm、椰棕 30mm。

10、其他配置：二节式四抓输液架 1 支。床边须配有输液架插孔，每侧 3 个，可根据需要移动输液架的位置。

（提供通过省级或省级以上检测中心出具抽样的《电动病床》检验报告，电动病床应检验项目符合以下要求：

①检测依据为 YY 0505-2012《医用电气设备第 1-2 部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》及 YY 0571-2013《医用电气设备第 2 部分医院电动床安全专用要求》；

②识别、标记和文件按检验依据 YY 0505-2012 条款 6 检测，检验结果应符合要求；

③发射试验中辐射发射按检验依据 YY 0505-2012 条款 36.201.1 检测，试验结果应符合要求；

④按键面板缝隙试验等级（kV）应正常，符合 YY 0505 的 36.202.1j）和 YY 0571 的 36.202 准则，试验结果应符合要求；

⑤天线极限水平、垂直在试验频率 80-2500（MHz）前后左右符合 YY 0505 的 36.202.1j）和 YY 0571 的 36.202 准则，试验结果应符合要求；

⑥检测项目应包含传导发射试验，辐射发射试验，静电放电（ESD）抗扰度试验，射频电磁场辐射抗扰度试验，电快速瞬变脉冲群抗扰度试验，浪涌抗扰度试验，射频场感应的传导骚扰抗扰度试验，在电源供电输入线上的电压暂降，短时中断和电压变化抗扰度试验，工频磁场抗扰度试验，识别、标记和文件，电源频率变化试验，结果均需符合要求；

⑦检验报告中应附样品图片佐证。

以上资料中标后提供资料备查，中标后 7 天内必须到货并正常使用，否则做废标处理。



图片仅供参考

2	普通三功能电动护理床	规格：2120×970×480-740mm 床面规格：1920×820mm； ★1、背部升降 0-70°，腿部升降 0-40°，整体上下升降 270mm，，背膝联动功能，背部，腿部同时运动。床身框架结构采用优质冷拉矩型钢材，型材规格 40×80，床面板采 1.2mm 优质冷轧钢板整体一次冲压成型，床面有透气孔，床尾板设有床垫防滑装置，背部床板活动关节双支撑结构；（提供通过省级或省级以上检测中心出具的《冷轧钢板》、《紧固件》检验报告，检验项目需符合以下要求：①产品涂层和覆面层中可溶性重金属应符合 GB18584 的规定可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞，检验结果应为未检出）中标后提供原件备查 ★2、床板需为多块模块化设计的床板组合而成，共有 4 块床板组成，同时大孔洞设计，在保证透气性能的同时不影响承重性能，可以拆装清洗消毒，整体流线型，美观耐用，床头床尾个各有两个输液杆插孔。（提供通过省级或省级以上检测中心出具的《床面板》检验报告，检验项目需符合以下要求：①产品涂层和覆面层中可溶性重金属应符合 GB/T3325-2017 的规定可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞，检验结果应为未检出）中标后提供原件备查 3、采用优质 ABS 强化塑胶一次注塑成型，中间为美化版，顶板有根直径 $\Phi 32\text{mm}$ 不锈钢圆管加固，方便握持，床头尾板内部四周有镀锌矩管加固处理，不易变形、经久耐用。挂式加厚床头尾板，弧线型设计，可快速拆卸，可兼 CPU 使用；带暗锁装置，安全无毒，尾板外侧有病人信息卡插槽。两边各带有一个防撞滚轮，能轻松过滤掉撞击所产生的冲击力。 ★4、床垫：规格：与病床配套， 材质：环保椰棕，红棕海绵芯，防水牛津布套，带透气孔，纯天然材质，防水，耐磨，耐烂，防虫，防蛀，柔韧性好。产品为椰棕床垫和海绵床垫的结合体，内置一普通 20mm 椰棕床垫和 60mm 高弹性海绵垫海绵（提供通过省级或省级以上检测中心出具的《防水床垫》检验报告，检验项目需符合以下要求：①检测依据为 QB/T4839-2015《软体家具发泡型床垫》；②检测项目应包含尺寸偏差，面料，铺面、边面缝纫，面料物理性能，芯料（软质聚氨酯塑料）物理性能，床垫的甲醛释放量，阻燃性，二异氰酸酯单体；③回弹率$\geq 35\%$，床垫的甲醛释放量$\leq 0.035\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，二异氰酸酯单体$\leq 0.1\%$）中标后提供原件备查 5、医疗电机系统：电机 3 个、电控箱一个、控制手柄一个；电机采用通过 CE 认证低电压直流静音马达，确保长期使用的安全性，低噪音；配有备用蓄电池，即使设备在断电的情况下，还可以继续使用一段时间；设计更为人性化，更合理。 6、中控轮：采用 5" 豪华脚轮，中控制刹车功能，刹车效果稳定，各尺寸精度高，脚轮强度高。固定旋转方位（定向脚轮）；全方位释放（万向脚轮）；全方位锁定功能；承重量高，运行平稳，无噪音，通过控制横杆踩压与提升实现控制功能，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入，独立刹车；轮面采用 TPR 高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。	15	6560 元/套	98400
---	------------	---	----	----------	-------

	★7、带有六档铝合金护栏，铝合金折叠护栏为全履式结构，六档式设计，D 型铝合金扶手，护栏表面经电泳硬化处理，防夹手设计，钢制冲压底座，高强度快速定位开关；可根据需要做升降调节。其上可根据需要覆盖优质餐桌板，方便病患日常饮食、看书、使用电脑等工作；护栏上履盖餐桌板，餐桌板为 ABS 材料精制而成，具伸缩功能，两端用 ABS 压模成凹型的搁板，易清洗，耐磨损，餐桌板不使用时可挂卡至床尾，方便病人使用，安全可靠。（提供通过省级或省级以上检测中心出具抽样的《病床护栏》检验报告，检验项目需符合以下要求：①产品涂层和覆面层中可溶性重金属应符合 GB18584 的规定可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞，检验结果应为未检出。） 中标后提供资料备查。以上资料中标后提供资料备查，中标后 7 天内必须到货并正常使用，否则做废标处理。 ★8、病床直插式不锈钢四爪式输液架；可自由调节升降高度；内置缓冲弹簧，自由下落无噪音，外管直径 22mm 下端通过模具成型外径变小为 19±0.5mm；内管 16mm；输液瓶高度调节轻松，灵活，方便，省力；（提供通过省级或省级以上检测中心出具原材料抽样的《不锈钢圆管》检验报告，检验项目需符合以下要求：①产品涂层和覆面层中可溶性重金属应符合 GB18584 的规定可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞，检验结果应为未检出） 中标后提供原件备查 9、优质 ABS 材质伸缩床上餐板一个。 ★10、整床采用双重磷化电泳底漆+静电抗菌粉体涂装，SGS 国际标准涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色。（提供通过省级或省级以上检测中心出具抽样的《涂料》检验报告，检测依据为 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》，检测项目包含总挥发性有机物≤50g/L。） 中标后提供资料备查。  图片仅供参考			
3	商务要求： 1. 整床质保≥1 年； 2. 电机保修≥3； 3. 所有病床要求 5 天内到货安装调试完成并交付临床科室使用。			

*本项目不接受联合体投标。

五、合格供应商应当具备的资格条件，符合《政府采购法》第二十二条之规定；

1、提供供应商合法有效的生产、经营、注册等资格证照及法人委托文件；

2、提供产品生产商合法有效的生产、经营、注册等资格证照；

3、提供供应商 1 年以上资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内]；

6、提供供应商依法纳税、依法缴纳社会保障金证明材料；

7、提供供应商 1 年以上无违法不良记录的证明材料[新注册企业提供当年内]；

8、提供供应商的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）。



9、诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn]，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

六、采购公告时间：

1、2023年02月23日—02月27日[8:00-11:30；14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，联系总务科免费获取。

七、采购文件获取

本项目无其他采购文件资料，投标人根据采购公告要求提供相关资料并装订成册，正副本各一份。

八、投标人须知

1. 投标人向总务科递交本文“第五条”规定的资格材料。
2. 投标人需求响应函承诺函、报价表，须加盖公章并单独密封递交。
3. 递交方式：送达、寄达。（人员往来、邮件物流等请严格遵守疫情防控相关规定）
4. 递交截止时间：2023年02月28日10:00时上班时间（节假日、中午休息除外）。
5. 本次项目采购方式为：询价采购，评标办法为：最低价中标，根据评审小组意见可以要求供应商进行多次报价。投标供应商可以不用到现场参与开标。评审专家根据询价采购评审要求从资格审查合格的供应商中推荐报价最低的供应商作为拟中标人，并根据报价排名推荐1名中标候选人。

九、谈判及时间：

- 1、时间：2023年02月28日10时00分（北京时间）。
 - 2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。
- 十、公告发布媒介：<http://www.zysbzqrmmy.cn> 遵义市播州区人民医院（官网）

十一、联系方式

- 1、申购主管科室：设备科
联系人及电话：白女士 13985227666
- 2、采购办理科室：总务科
联系人及电话：罗女士 19184538868
- 3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼
- 4、投诉与举报：27252009

遵义市播州区人民医院总务科

2023年02月23日

附件一：

响 应 承 诺 函（格式）（自行调整使用）

致：遵义市播州区人民医院

根据贵方____项目询价需求，项目编号____，签字代表____（姓名）经正式授权并代表供应商____（供应商单位名称），提交本响应承诺函。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、按采购文件货物采购需求和报价表：

报价（大写）__见密封文件__元人民币；

（1）我方承诺已具备采购项目规定的投标人资格条件。

（2）我方已详细审核采购需求与配置要求等，将自行承担因对全部采购需求理解不正确或误解而产生的相应后果。

（3）我方承诺对采购需求与配置要求等进行完全实质性响应。

（4）严格遵守招标流程，不通过任何非正规途径干扰招标秩序，恶意影响招标结果。

（5）如我方成交：我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：____ 邮编：____ 电话、传真：____

开户名称：____

开户银行：____

账号：____

供应商（公章）：____

法定代表人、负责人、相应的委托代理人签字或盖章：____

响应日期：____

注：

响应函须由法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖供应商公章。

附件二： 报价表模板（自行调整使用）

项号	项目编号	项目名称	数量	报价 【单位：元】	备注
					请投标人自拟分项报价

供应商（公章）：_____

法定代表人、负责人、相应的委托代理人签字或盖章：_____

日期：_____

附件三： 分项报价表（自行理定）

附件四：技术要求偏离表格式

技术要求偏离表（自行调整使用）

投标人名称：_____

项目编号：_____

序号	产品名称或服务名称	竞争性磋商文件 “技术参数（规格）要求”	投标 响应 情况	偏 离	备注或证明材料
.....					（格子不够请自行添加）

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人法定代表人或被授权代表签字：_____

日 期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

***说明：**

1. “偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
2. 请按竞争性磋商文件“采购需求”中的“采购需求/技术参数（规格）要求”认真填写该表。

附件五：供应商 1 年以上在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行理定）