

遵义市播州区人民医院

关于购置二氧化碳激光治疗项目的内部竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2023-ZS032

项目名称：购置二氧化碳激光治疗仪

采购方式：内部竞争性磋商

采购限价：\

资金来源：自筹

采购需求：

项目编号	产品名称	数量	单位	产地来源
BYC-2023-ZS030	二氧化碳激光治疗仪	1	台	国产

一、技术参数或服务要求

序号	产品名称	技术参数或服务要求
1	二氧化碳激光治疗仪	<p>一、主机</p> <ol style="list-style-type: none">1. 激光 类型： 封离型二氧化碳激光器。2. 波 长： 10.6 微米。3. 最大 功率应\leq25W， 妇科治疗功率不应超过 25W。4. 具有连续输出达到组织汽化， 碳化 and 凝固的激光输出方式。5. 光斑直径应\geq4mm， 光斑大， 可以减少扫描次数， 重合性好， 减少治疗时间。6. 指 示 光： 650nm\pm5nm， 3mW， 亮度可调。7. 具有多节重锤式妇科专用导光关节臂导光系统。8. 135 厘米工作半径。9. 微电脑控制， 液晶触摸， 脚踏开关； 水冷内循环冷却系统。10. 显示 系统： \geq6 寸真彩液晶屏幕。11. 电源 输入： 交流 220V/ 50HZ。12. 具有保护和 警报： 具有安全可靠的冷却水循环系统指示和过热保护。13. 适 应 症： 湿疣， CIN， VIN/VaIN 病变， 肛周上皮内病变， 宫颈炎， 息肉， 赘生物。 <p>二、吸烟净化器</p> <ol style="list-style-type: none">1. 适用于排除并净化二氧化碳激光、点阵激光、像素激光、电刀等产生的烟雾。2. 负压 0-13kpa3. 输出正高压： 28KV-34KV； 输出负高压： 33KV-38KV。4. 负离子量： $>$2 亿5. 四级高效烟雾过滤器：前级 进口过滤器， 细菌和病毒的滤除除率大于 99.999%（提供认证报告）。6. 后级 等离子净化器， 杀菌除异味。7. 二级呼吸系统过滤器， 三级活性炭盒， 可自主更换。8. 专为激光手术室除烟痛点设计， 专为医生健康设计， 专为门诊手术室

应用而优化。

二、商务要求：

1 设备整机保修 \geq 2年。

本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

(一) 一般条件要求：符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件；

2. 须提供医疗器械经营备案凭证/经营许可证；

3. 若产品不是本公司生产的，还须提供产品生产商/代理商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一）、医疗器械生产备案凭证/生产许可证（或医疗器械经营备案凭证/经营许可证）；

4. 须提供医疗器械产品备案凭证/注册证及相应登记附表；

5. 须提供生产厂家产品销售授权书。

6、提供供应商 2021 年或者 2022 年资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内]；

7、提供供应商近 3 个月依法纳税证明材料及缴纳社会保障金的证明材料【新注册企业提供当年内或者依法不用纳税及缴纳社保的证明材料】；

8、提供供应商近 1 年以上无违法不良记录的证明材料【新注册企业提供当年内】；

9、其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。

(二) 诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn]，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

三、报名与采购文件获取

1、报名与采购文件获取时间：2023年8月3日-2023年8月10日[8:00-11:30;14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，供应商须在规定的时间内到指定地点获取本采购文件，并登记备案，如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2、报名方式：电子邮件报名

3、报名邮箱：3266520453@qq.com

4、参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标设备名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的设备名称，另扫描以下资料作为附件同发报名邮箱：

- 1) 三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；
- 2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件（复印件加盖公章）；
- 3) 特殊行业注册证或许可证（复印件加盖公章）；
- 4) 诚信资格证明材料、无违法不良记录证明（复印件加盖公章）；

四、响应文件递交须知

1、截止时间

2023年8月11日（星期五）14：30时上班时间[中午休息、周末、节假日除外]，逾期送达的文件拒不接收。

2、投响应文件密封方式：档案袋封装

五、开标时间和地点

1、时间：2023年8月11日（星期五）14时30分[北京时间]。

2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介：<http://www.zysbzqrmmy.cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币0元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入

八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1正1副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

2、综合评标法。

3、开标条件：响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

1、主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

十、请严格遵守疫情防控相关规定。

遵义市播州区人民医院总务科

2023年8月3日