

遵义市播州区人民医院

关于购置一次性使用取石网篮等耗材项目的内部竞争性磋商公告【第二次】

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2023-ZS038

项目名称：购置一次性使用取石网篮等耗材

采购方式：内部竞争性磋商

采购限价：\

资金来源：自筹

采购需求：

项目编号	项目名称	数量	单位	产地来源
BYC-2023-ZS038	购置一次性使用取石网篮等耗材	1	批	不限
一、技术参数或服务要求				
序号	耗材名称	参数		
1	可过活检孔道肠道支架套装	双球裸架直径 20mm, 长度 80mm, 置入器 3.3×2300mm		
2	可过活检孔道肠道支架套装	双球裸架直径 20mm, 长度 100mm, 置入器 3.3×2300mm		
3	可过活检孔道肠道支架套装	双球裸架直径 20mm, 长度 120mm, 置入器 3.3×2300mm		
4	可过活检孔道肠道支架套装	双球裸架直径 20mm, 长度 80mm, 置入器 3.3×1800mm		
5	可过活检孔道肠道支架套装	双球裸架直径 20mm, 长度 100mm, 置入器 3.3×1800mm		
6	可过活检孔道肠道支架套装	双球裸架直径 20mm, 长度 120mm, 置入器 3.3×1800mm		
7	靛胭脂粘膜染色剂	15ml 或其他		
8	一次性使用内镜喷洒管	外管直径 1.8mm, 有效长度 1800mm		
9	一次性使用内镜喷洒管	外管直径 1.8mm, 有效长度 2200mm		
10	一次性使用胆管内引流管	胰管支架--支架直径 5Fr, 引流管有效长度 5mm		
11	一次性使用胆管内引流管	胰管支架--支架直径 5Fr, 引流管有效长度 7mm		
12	一次性使用胆管内引流管	胰管支架--支架直径 5Fr, 引流管有效长度 9mm		
13	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型--支架直径 5Fr, 引流管有效长度 5mm, 置入器长度 2200mm		
14	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型--支架直径 5Fr, 引流管有效长度 7mm, 置入器长度 2200mm		
15	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型--支架直径 5Fr, 引流管有效长度 9mm, 置入器长度 2200mm		



16	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型—支架直径 5Fr, 引流管有效长度 12mm, 置入器长度 2200mm
17	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型—支架直径 7Fr, 引流管有效长度 5mm, 置入器长度 2200mm
18	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型—支架直径 7Fr, 引流管有效长度 7mm, 置入器长度 2200mm
19	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型—支架直径 7Fr, 引流管有效长度 9mm, 置入器长度 2200mm
20	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型—支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 5mm, 置入器长度 2200mm
21	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型—支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 7mm, 置入器长度 2200mm
22	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型—支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 9mm, 置入器长度 2200mm
23	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型—支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 10mm, 置入器长度 2200mm
24	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型—支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 12mm, 置入器长度 2200mm
25	一次性使用胆管内引流管	双猪尾型—支架直径 7Fr, 引流管有效长度 5mm, 置入器长度 2200mm
26	一次性使用胆管内引流管	双猪尾型—支架直径 7Fr, 引流管有效长度 7mm, 置入器长度 2200mm
27	一次性使用胆管内引流管	双猪尾型—支架直径 7Fr, 引流管有效长度 9mm, 置入器长度 2200mm
28	一次性使用胆管内引流管	双猪尾型—支架直径 7Fr, 引流管有效长度 10mm, 置入器长度 2200mm
29	一次性使用胆管内引流管	双猪尾型—支架直径 7Fr, 引流管有效长度 12mm, 置入器长度 2200mm
30	一次性使用胆管内引流管	双猪尾型—支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 7mm, 置入器长度 2200mm
31	一次性使用胆管内引流管	双猪尾型—支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 9mm, 置入器长度 2200mm
32	一次性使用胆管内引流管	双猪尾型—支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 10mm, 置入器长度 2200mm
33	一次性使用胆管内引流管	双猪尾型—支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 12mm, 置入器长度 2200mm
34	一次性使用胆管内引流管	偏弯型—支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 7mm, 置入器长度 2200mm
35	一次性使用胆管内引流管	偏弯型—支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 9mm, 置入器长度 2200mm
36	一次性使用胆管内引流管	偏弯型—支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 10mm, 置入器长度 2200mm
37	一次性使用胆管内引流管	偏弯型—支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 12mm, 置入器长度 2200mm

38	一次性使用取石球囊	适配导丝直径 0.035 (0.89mm)，通道直径 ≥ 2.8 mm，有效长度 2000mm
39	可旋转重复开闭软组织夹	开口尺寸 ≥ 14 mm，直径 2.6mm，最小内窥镜通道 2.8mm，有效工作长度 1950mm
40	一次性使用取石网篮	四线螺旋型，网篮开幅 25mm，外管直径 7Fr，网篮有效长度 50mm，通道直径 ≥ 2.8 mm，工作长度 2000mm
41	一次性使用取石网篮	四线钻石型，网篮开幅 20mm，外管直径 7Fr，网篮有效长度 45mm，通道直径 ≥ 2.8 mm，工作长度 2000mm
42	一次性使用取石网篮	四线钻石型，网篮开幅 25mm，外管直径 7Fr，网篮有效长度 50mm，通道直径 ≥ 2.8 mm，工作长度 2000mm
43	一次性使用取石网篮	四线钻石型，网篮开幅 25mm，外管直径 7Fr，网篮有效长度 50mm，通道直径 ≥ 2.8 mm，工作长度 2500mm
44	一次性使用取石网篮	四线钻石型，网篮开幅 30mm，外管直径 7Fr，网篮有效长度 55mm，通道直径 ≥ 2.8 mm，工作长度 2000mm

二、商务要求

- 1、投标供应商应具有完善的销售供应和售后服务保障体系，接到供货通知后须 48 小时内送货。
- 2、对中标的供应商，若在规定的时间内不能及时供货或中标供应商合同期内擅自改变中标价格的，我院有权立即终止合作并停止付款。

★本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

(一) 一般条件要求：符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；

2、特殊资格要求：供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证，供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证和二类备案凭证及生产厂家产品销售授权书和相关资质证明材料；

3、供货单位所供产品必须全部能够满足消化内科使用需求，并且提供产品须为贵州省高值医用耗材阳光采购目录内；（如该品种产品均未挂网除外）

4、提供供货单位所供产品必须有国家医保 20 位码的证明资料；

5、提供贵州省高值医用耗材阳光采购平台备案配送商证明信息；

6、提供供应商 2021 年或者 2022 年资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内]；

7、提供供应商近 3 个月依法纳税证明材料及缴纳社会保障金的证明材料【新注册企业提供当年内或者依法不用纳税及缴纳社保的证明资料】；

8、提供供应商近 1 年以上无违法不良记录的证明材料【新注册企业提供当年内】；

9、其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。

(二) 诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站

[www.creditchina.gov.cn，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

三、报名与采购文件获取

1、报名与采购文件获取时间：2023 年 10 月 17 日-2023 年 10 月 23 日 [8:00-11:30；14:00-17:30] [周末、中午休息、节假日除外]，供应商须在规定的时间内获取本采购文件，并登记备案，如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2、报名方式：电子邮件报名

3、报名邮箱：3266520453@qq.com

4、参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标的项目名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称，另扫描以下资料作为附件同发报名邮箱：

1) 三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；

2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件（复印件加盖公章）；

3) 特殊行业注册证或许可证（复印件加盖公章）；

4) 诚信资格证明材料、无违法不良记录证明（复印件加盖公章）；

四、响应文件递交须知

1、截止时间

2023 年 10 月 24 日（星期二）14：30 时上班时间[中午休息、周末、节假日除外]，逾期送达的文件拒不接收。

2、投响应文件密封方式：档案袋封装

五、开标时间和地点

1、时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）14 时 30 分[北京时间]。

2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介：<http://www.zysbzqrmeyy.cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入

八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正 1 副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

2、综合评标法。



遵义市播州区人民医院

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

3、开标条件：响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

1、主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

遵义市播州区人民医院总务科

2023年10月17日