

遵义市播州区人民医院

关于购置治疗型电子肠镜项目内部单一来源采购的公告

【暨邀请通知】

依据本院相关采购管理制度和临床需求，经设备科申报，总务科依法依规程序对**购置治疗型电子肠镜项目组织内部单一来源采购**；现依申报邀请**奥林巴斯厂家指定授权经销商**就所需产品进行报价和谈判。

- 一、项目编号：BYC-2023-ZS016
- 二、项目名称：**购置治疗型电子肠镜**
- 三、预算限价：\
- 四、项目内容及需求

项目编号	分项名称	单位	数量	采购限价（元）	产地来源
BYC-2023-ZS016	购置治疗型电子肠镜	条	1	\	进口
技术参数或服务要求					
序号	产品名称	参数要求			
1	治疗型电子肠镜	<p>一、总体要求：</p> <p>1、能够兼容科室部分消化内镜系统主机。</p> <p>二、具体要求：</p> <p>1. 治疗型电子肠镜：</p> <p>1 视野范围≥ 140度；</p> <p>2 景深：5-100mm；</p> <p>3 最小可视距离 5mm；</p> <p>4 先端部外径≤ 9.2mm；</p> <p>5 插入部外径≤ 9.2mm；</p> <p>6 弯曲部角度：上≥ 180度、下≥ 180度；左≥ 160度、右≥ 160度；</p> <p>7 钳子管道内径≥ 2.8mm；</p> <p>8 插入部有效长度≥ 1680mm；</p> <p>9 内镜信息记忆：内置记忆芯片，可存储相关参数并提示器械伸出方向；</p> <p>10 按钮数量 4 个，可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控大小、图像强调、电子放大、图像冻结四种功能；</p> <p>11 可兼容特殊光影像系统，清晰显示特殊光影像；</p> <p>12 具有副送水通道，可满足治疗需要。</p> <p>13 内镜采用黑白 CCD 设计，保证每单元面积 CCD 还原更多图像色彩；支持窄带成像；</p> <p>三、其他要求</p> <p>1、保修期≥ 3年</p>			

*本项目不接受联合体投标。

*其它要求：详见《采购文件》。

四、合格供应商应当具备的资格条件，符合《政府采购法》第二十二条之规定；

- 1、提供供应商合法有效的生产、经营、注册等资格证照及法人委托文件；
- 2、提供产品生产商合法有效的生产、经营、注册等资格证照；
- 3、提供医疗器械经营资格证明文件；

- 4、提供产品流通渠道及授权关系证明文件；
- 5、提供供应商 1 年以上资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内]；
- 6、提供供应商依法纳税及缴纳社会保障金证明材料；
- 7、提供供应商 1 年以上无违法不良记录的证明材料[新注册企业提供当年内]；
- 8、其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。
- 9、诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn]，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

五、采购文件获取

1、2023 年 4 月 19 日—4 月 25 日[8:00-11:30; 14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，联系总务科免费获取。

2、供应商报名所需资料：

报名供应商将报名资料：法人授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证正反面复印件、资质证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证、特殊行业注册证或许可证、诚信证明（上述政府网站打印）、无违法不良记录证明（上述政府网站打印）加盖公章扫描后发送到总务科 QQ 邮箱：3266520453@qq.com 进行报名。总务科收到报名资料并初审合格后将该项目采购文件电子版下发。

六、谈判时间和地点

1、时间：2023 年 4 月 26 日 10 时 00 分（北京时间）。

2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

七、公告发布媒介：<http://www.zysbzqrmmy.cn> 遵义市播州区人民医院（官网）

八、联系方式

1、申购主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、采购办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼

4、投诉与举报：27252009

遵义市播州区人民医院总务科

2023 年 4 月 19 日