

遵义市播州区人民医院

关于购置无创呼吸机项目的内部竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2023-ZS031

项目名称：购置无创呼吸机

采购方式：内部竞争性磋商

采购限价：\

资金来源：自筹

采购需求：

项目编号	产品名称	数量	单位	产地来源
BYC-2023-ZS031	无创呼吸机	3	台	国产

一、技术参数或服务要求

序号	产品名称	技术参数或服务要求
1	无创呼吸机	<p>1、适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气。请提供医疗器械三类注册证。</p> <p>2、≥15.6英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，中文操作界面。支持手势滑动操作，支持戴无菌手套操作。</p> <p>3、采用涡轮系统供气方式，最大峰流速≥280L/min。</p> <p>4、通气模式：持续气道正压通气模式 CPAP、自主通气模式 S、时控通气模式 T、自主/时控通气模式 S/T、压力控制/辅助通气模式 P-A/C、自主/时控通气+模式 S/T+，可选配容量支持通气模式 VAPS、可选配成比例压力通气模式 PPV。</p> <p>5、具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能。</p> <p>6、氧疗模式下可实时监测患者血氧和自主呼吸率，并可呈现参数趋势图，辅助医护人员评估氧疗效果。</p> <p>7、呼吸同步增强技术，吸气触发和呼气切换灵敏度自动调节，且支持1-6档手动调节。</p> <p>8、具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。</p> <p>9、具备自动漏气补偿功能，最大漏气量≥120L/min。</p> <p>10、支持识别和设置呼吸面罩类型和呼气端口类型。</p> <p>11、屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。</p> <p>12、实时监测病人端泄漏量和总泄漏量。</p> <p>13、≥180分钟内置可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。</p> <p>14、标配 SpO2 监测。</p> <p>15、主要设置参数</p> <p>15.1 持续气道正压 CPAP：4-30 cmH2O</p> <p>15.2 吸气正压 IPAP：4-50 cmH2O</p> <p>20.3 支持压力：4-50 cmH2O</p> <p>15.4 呼气压力 EPAP：4-30 cmH2O</p>



		<p>15.5 潮气量：50ml—2500ml 15.6 呼吸频率：1-60 次/min 15.7 吸气时间：0.2—5s 15.8 氧浓度：21%—100%可调，调节精度 1% 15.9 压力上升时间：1- 6 档可调 15.10 延时升压时间：OFF, 1-60min</p> <p>16、监测参数 16.1 气道压力监测：气道峰压、呼气末正压等参数监测； 16.2 潮气量监测：潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量等参数监测； 16.3 呼吸频率监测：呼吸频率、病人触发百分比监测； 16.4 氧浓度监测； 16.5 病人泄漏量和呼吸机总泄漏量实时监测； 16.6 实时提供监测参数≥120 小时的趋势图、表分析，≥10000 条事件记录；</p> <p>17、报警参数 17.1 具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示 17.2 分级报警和声光报警 17.3 气道压力：过高/过低报警 17.4 分钟通气量：过高/过低报警 17.5 潮气量：过高/过低报警 17.6 呼吸频率：过高/过低报警 17.7 吸入氧浓度：过高/过低报警 17.8 电源、气源中断报警 17.9 电池电量低报警</p> <p>23、支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求。 24、具备 VGA 扩展显示、RS232 接口、网络接口、USB 接口、护士呼叫。</p>
--	--	---

二、商务要求：

1 设备整机质保期≥2 年；

本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

(一) 一般条件要求：符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件；

2. 须提供医疗器械经营备案凭证/经营许可证；

3. 若产品不是本公司生产的，还须提供产品生产商/代理商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一）、医疗器械生产备案凭证/生产许可证（或医疗器械经营备案凭证/经营许可证）；



4. 须提供医疗器械产品备案凭证/注册证及相应登记附表；
5. 须提供生产厂家产品销售授权书。
6. 提供供应商 2021 年或者 2022 年资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内]；
7. 提供供应商近 3 个月依法纳税证明材料及缴纳社会保障金的证明材料【新注册企业提供当年内或者依法不用纳税及缴纳社保的证明材料】；
8. 提供供应商近 1 年以上无违法不良记录的证明材料【新注册企业提供当年内】；
9. 其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。

(二) 诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn]，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

三、报名与采购文件获取

1. 报名与采购文件获取时间：2023 年 7 月 19 日-2023 年 7 月 25 日[8:00-11:30;14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，供应商须在规定的时间内到指定地点获取本采购文件，并登记备案，如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2. 报名方式：电子邮件报名

3. 报名邮箱：3266520453@qq.com

4. 参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标设备名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的设备名称，另扫描以下资料作为附件同发报名邮箱：

- 1) 三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；
- 2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件（复印件加盖公章）；
- 3) 特殊行业注册证或许可证（复印件加盖公章）；
- 4) 诚信资格证明材料、无违法不良记录证明（复印件加盖公章）；

四、响应文件递交须知

1、截止时间

2023 年 7 月 26 日 14 : 30 时上班时间[中午休息、周末、节假日除外]，逾期送达的文件拒不接受。

2、投响应文件密封方式：档案袋封装

五、开标时间和地点

1、时间：2023 年 7 月 26 日 14 时 30 分[北京时间]。

2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介：<http://www.zysbzqrmmy.cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入

八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正 1 副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

2、综合评标法。

3、开标条件：响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

1、主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

十、请严格遵守疫情防控相关规定。

遵义市播州区人民医院总务科

2023 年 7 月 18 日