



## 遵义市播州区人民医院

### 关于购置专业显示器、医用射线防护服等配件项目的内部竞争性磋商公告

#### 一、项目基本情况

项目编号：BYC-2024-ZS002

项目名称：购置专业显示器、医用射线防护服等配件

采购方式：内部竞争性磋商

资金来源：自筹

采购需求：

项目编号	产品名称	数量	单位	产地来源
BYC-2024-ZS002	专业显示器	3	台	不限
	医用射线防护服	3	套	
	防辐射围领	3	个	
	防辐射帽	3	个	
	显示器台车	1	辆	
	脚踏开关系统	1	套	

#### 技术参数或服务要求

序号	产品名称	技术参数或服务要求
1	专业显示器	数量：3 台 1. 2MP 黑白影像诊断显示器； 2. 知名品牌专业灰阶显示器； 3. 显示器完全符合 dicom3.14 标准，Ins-guard 系统完成自动校正； 4. 分辨率：1600x1200(横屏)/1200x1600(竖屏)，可以横竖屏转换； 5. 尺寸 $\geq 20.1$ 英寸； 6. 点距 $\leq 0.255(H) \times 0.255(V)$ ； 7. 显示器内置 $\geq 8$ 个亮度条件下的 dicom 校正曲线 700/650/600550/500/450/400/350cd/m <sup>2</sup> 。 8. 全屏幕亮度均衡 SLE 系统； 9. 最大亮度 $\geq 700$ ed/m <sup>2</sup> ； 10. 对比度 $\geq 1000:1$ ； 11. 灰阶 $\geq 3061$ ； 12. 响应时间 $\leq 25$ ms； 13. 可视角度 $\geq 170^\circ$ ； 14. 12V 直流电源供电，外置电源模块； 15. DVI-D 数字信号输入； 16. 支持 DPMS 节电特性； 17. 金属外壳； 18. 免费售后服务 4 年；
2	医用射线防护服	数量：3 套 1. 无铅型； 2. 铅当量：正面 $\geq 0.5$ mmpb，背面 $\geq 0.25$ mmpb； 3. 款式：分体式半袖；多种颜色可以选择；支持定制尺码，可以绣姓名贴。



		<p>4. 核心材料：采用进口无铅核心材料制成；</p> <p>5. 外层织物：为塔丝隆贴膜面料制成，甲醛含量符合 GB/T2912. 1-2009，耐水色牢度符合 GB/T5713-2013，耐酸碱汗渍色牢度符合 GB/T3922-2013，耐摩擦色牢度符合 GB/T3920-2008；防水性能符合 GB/T4745-2012；耐磨次数大于 20000 次，符合 GB/T21196. 2-2007；耐沾污性能具有耐液态污物沾污性，符合 GB/T30159. 1-2013，提供证书；</p> <p>6. 内层织物：为涤纶布面料制成，防水性能符合 GB/T4745-2012；耐磨性能大于 20000 次，符合 GB/T21196. 2-2007；断裂强力符合 GB/T3923. 1-2013，提供检测报告；</p> <p>7. 核心材料应进行无铅无毒检测：符合 IEC62321，检出铅、镉、汞、苯的限值符合相关标准，并提供证书或者检测报告。</p> <p>8. 核心材料应进行无铅元素检测：提供具有 CMA 检测机构的金属元素分析检测报告，金属元素为铋 26%±1%和铊 49%±1% ，提供检测报告。</p> <p>9. 射线防护用品在 50-150KV 下，X 射线衰减率达到 99%-97%，符合 GBZ/T147-2002 X 射线防护材料衰减性能的测定，提供国家认可委员会 CNAS 检测报告。</p> <p>10. <math>\geq 0.5\text{mmPb}</math> 采用 <math>\geq 4</math> 层进口超柔软无铅橡胶片材制成，符合 IEC61331，检测标准。</p> <p>11. 无铅医用射线防护服需要成品成衣检测，在 100KV 下，铅当量大于 0.5，符合 YY/T0292. 1-2020《医用诊断 X 射线辐射防护器具 第 1 部分：材料衰减性能的测定》，提供检测报告。</p> <p>12. 免费售后服务 4 年；</p> <p>13. 须第三方机构产品质量检测报告（必须提供）；</p>
3	防辐射围领	<p>数量：3 个</p> <p>1. 核心材料：采用进口无铅核心材料制成，铅当量 <math>\geq 0.5\text{mmPb}</math></p> <p>2. 款式：甲状腺增高设计，更好防护甲状腺；多样式可以选择。</p> <p>3. 制作工艺：进口品质配件、辅料组合而成，进口设备缝制而成，减少针眼分布，降低透线。</p> <p>4. 产品设计：增加针眼防护层，防止在重叠缝纫产生的部位漏 X 射线保护健康。甲状腺升高对甲状腺部位起到特别防护，后面开口魔术贴设计轻松粘合。</p> <p>5. 外层织物：为塔丝隆贴膜面料制成，甲醛含量符合 GB/T2912. 1-2009，耐水色牢度符合 GB/T5713-2013，耐酸碱汗渍色牢度符合 GB/T3922-2013，耐摩擦色牢度符合 GB/T3920-2008；防水性能符合 GB/T4745-2012；耐磨次数大于 20000 次，符合 GB/T21196. 2-2007；耐沾污性能具有耐液态污物沾污性，符合 GB/T30159. 1-2013，提供证书。</p> <p>6. 魔术贴采用射出勾，不刺手，不挂头发，三万多次的拉合不变形；优质卡扣、按扣，耐磨，耐撞，结合顺畅，造型优美。</p> <p>7. 售后服务：可选择颜色，可绣名字，并且有配套围脖布套方便拆卸清洗；永久免费清洗；带售后质保承诺书，每件围领有 SN 号，一旦出现质量问题可追溯到制作人员、原材料批次与售出追踪，能及时召回。</p> <p>8. 性能标准：符合 YY/T0292. 1-2020《医用诊断 X 射线辐射防护器具 第 1 部分：材料衰减性能的测定》，提供证书。</p> <p>9. 通过 CFDA 认证；检测中心检测相关认证。</p> <p>10. 免费售后服务 4 年。</p>



4	<b>防辐射帽</b>	<p>数量：3 个</p> <p>1. 核心材料：采用进口无铅核心材料制成</p> <p>2. 铅当量：<math>\geq 0.5\text{mmpb}</math></p> <p>3. 外层织物：为塔丝隆贴膜面料制成，甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009，耐水色牢度符合 GB/T5713-2013，耐酸碱汗渍色牢度符合 GB/T3922-2013，耐摩擦色牢度符合 GB/T3920-2008；防水性能符合 GB/T4745-2012；耐磨次数大于 20000 次，符合 GB/T21196.2-2007；耐沾污性能具有耐液态污物沾污性，符合 GB/T30159.1-2013，提供证书。</p> <p>4. 四周及头顶均完全防护；魔术贴采用知名品牌，拉合次数<math>&gt;3</math> 万次，不粘头发，</p> <p>5. 性能标准：符合 YY/T0292.1-2020《医用诊断 X 射线辐射防护器具 第 1 部分：材料衰减性能的测定》，提供证书。</p> <p>6. 免费售后服务 4 年</p>
5	<b>显示器台车</b>	<p>数量：1 辆</p> <p>1. 整体高度<math>\geq 1700\text{mm}</math>。</p> <p>2. 立柱带托盘<math>\geq 2</math> 个，其中至少含有拉手托盘 1 个（含抽屉），键盘托盘 1 个。拉手托盘尺寸<math>\geq 600\text{mm} \times 420\text{mm}</math>。</p> <p>3. 立柱顶部有显示器支架，支架高度能调节。</p> <p>4. 立柱背部有电脑主机托架。</p> <p>5. 台车底部配置 4 个静音轮，且能制动。</p> <p>7. 免费售后服务 4 年</p>
6	<b>脚踏开关系统</b>	<p>数量：1 套</p> <p>1. 能与我院在用的胃肠机适配使用。</p> <p>2. 能实现透视，摄影功能。</p> <p>3. 线长<math>\geq 5\text{M}</math>。</p> <p>4. 防水功能。</p> <p>5. 免费售后服务 4 年</p>
<b>商务要求：</b>		
<p>1、以上货物保修期：<math>\geq 4</math> 年；</p>		

**★本项目不接受联合体投标。**

其它要求：详见《采购文件》

**二、合格供应商应当具备的资格条件**

(一) 一般条件要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照（三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；

2. **特殊资格要求：**供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证，供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证和二类备案凭证及生产厂家产品销售授权书和相关资质证明材料。

3、提供供应商 2021 年或者 2022 年资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内]；

4、提供供应商近 3 个月依法纳税证明材料及缴纳社会保障金的证明材料【新注册企业提供当年内或者依法不用纳税及缴纳社保的证明材料】；

5、提供供应商近 1 年以上无违法不良记录的证明材料【新注册企业提供当年内】；



6、其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。

(二) 诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)]，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

### 三、报名与采购文件获取

1、报名与采购文件获取时间：2024年1月16日-2024年1月23日[8:00-11:30;14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，供应商须在规定的时间内到指定地点获取本采购文件，并登记备案，如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2、报名方式：电子邮件报名

3、报名邮箱：[zysbzqrmmy2024@163.com](mailto:zysbzqrmmy2024@163.com)

4、参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标的项目名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称，另扫描以下资料（PDF文件）作为附件同发报名邮箱：

1) 三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；

2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件（复印件加盖公章）；

3) 特殊行业注册证或许可证（复印件加盖公章）；

4) 诚信资格证明材料、无违法不良记录证明（复印件加盖公章）；

5) 《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》；

6) 《投标廉洁承诺书》；

### 四、响应文件递交须知

#### 1、截止时间

2024年1月24日（星期三）09:00时上班时间[中午休息、周末、节假日除外]，逾期送达的文件拒不接收。

2、投响应文件密封方式：档案袋封装

#### 五、开标时间和地点

1、时间：2024年1月24日（星期三）09时00分[北京时间]。

2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介：<http://www.zysbzqrmmy.cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

#### 七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币0元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。



遵义市播州区人民医院

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

#### 八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正 1 副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

2、综合评标法。

3、开标条件：响应报价 $\geq 3$ 家。

#### 九、联系方式

1、主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

遵义市播州区人民医院总务科

2024年1月16日