

遵义市播州区人民医院

关于购置除颤仪、输注工作站项目的内部竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2023-ZS037

项目名称：购置除颤仪、输注工作站

采购方式：内部竞争性磋商

采购限价：\

资金来源：自筹

采购需求：

项目编号	产品名称	数量	单位	产地来源
BYC-2023-ZS037	除颤仪	1	台	国产
	输注工作站（一拖四）	4	套	国产

技术参数或服务要求

序号	产品名称	技术参数或服务要求
1	除颤仪	<p>一、技术参数要求：</p> <ol style="list-style-type: none">1.彩色显示屏≥ 7英寸，分辨率$\geq 800 \times 480$像素，可显示≥ 3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。2.支持中文操作界面。3.屏幕显示心电波形扫描时间$\geq 16s$。4.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED，选配）功能，AED功能适用于年龄大于29天人群。5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。6.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。7.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J8.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长$\geq 60min$。12.开机时间$\leq 2s$，符合临床使用。13.除颤充电迅速，充电至200J$\leq 4s$。14.从开始AED分析到放电准备就绪$\leq 10s$。15.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。16.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。17.支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。18.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。19.通过心电电极片可监测的心律失常。20.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。



		<p>21.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE 认证。</p> <p>22.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。</p> <p>23.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。</p> <p>24.支持提供 IHE HL7 协议，满足院前院内急救系统的联网通信。</p> <p>25.标配 1 块外置智能锂电池，可支持 200J 除颤≥300 次。</p> <p>26.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光 3 种方式进行报警。</p> <p>27.配置 50mm 记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于 30s；支持连续波形记录。</p> <p>28.可存储 24 小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。</p> <p>29.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动自检。</p> <p>30.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。</p> <p>31.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别≥IP44。</p> <p>二、其他要求：整机保修≥2 年</p>
2	输注工作站（一拖四）	<p>一、输液信息采集系统：</p> <p>1.输液信息采集系统以每 2 个通道为基本单位增减，最多可支持 16 通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接</p> <p>2.输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电</p> <p>3.输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求；</p> <p>4.其他要求：保修期≥5 年；</p> <p>二、注射泵：</p> <p>1.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%</p> <p>2.速率范围：0.01-2300ml/h，最小步进 0.01ml/h</p> <p>3.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml</p> <p>4.快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；</p> <p>5.可自动统计至少四种累计量：24h 累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量</p> <p>6.支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；</p> <p>7.注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹</p> <p>8.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称</p> <p>9.≥8 种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式等；具备联机功能</p> <p>10.不小于 3.5 英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作</p> <p>11.全中文软件操作界面</p> <p>12.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调</p> <p>13.支持药物库，可储存≥5000 种药物信息</p> <p>14.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持 10 种以上颜色</p> <p>15.报警时可通过示意图片直观提示报警信息</p> <p>16.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；</p> <p>17.压力报警阈值至少 15 档可调，最低 50mmHg</p> <p>18.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示</p> <p>19.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，</p>



无需人为干预，泵自动重新启动输液；
20.信息储存：可存储 ≥ 3500 条的历史记录；
21.电池工作时间 ≥ 5 小时@5ml/h；
22.防异物及进液等级 IP33；
23.其他要求：保修期 ≥ 5 年；

本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

(一) 一般条件要求：符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；

2. 特殊资格要求：供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证，供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证和二类备案凭证及生产厂家产品销售授权书和相关资质证明材料。

3、提供供应商 2021 年或者 2022 年资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内]；

4、提供供应商近 3 个月依法纳税证明材料及缴纳社会保障金的证明材料【新注册企业提供当年内或者依法不用纳税及缴纳社保的证明材料】；

5、提供供应商近 1 年以上无违法不良记录的证明材料【新注册企业提供当年内】；

6、其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。

(二) 诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn]，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

三、报名与采购文件获取

1、报名与采购文件获取时间：2023年9月13日-2023年9月19日[8:00-11:30;14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，供应商须在规定的时间内到指定地点获取本采购文件，并登记备案，如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2、报名方式：电子邮件报名

3、报名邮箱：3266520453@qq.com

4、参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标的项目名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称，另扫描以下资料作为附件同发报名邮箱：

1) 三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；

2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件（复印件加盖公章）

章)；

3) 特殊行业注册证或许可证（复印件加盖公章）；

4) 诚信资格证明材料、无违法不良记录证明（复印件加盖公章）；

四、响应文件递交须知

1、截止时间

2023年9月20日（星期三）14:30时上班时间[中午休息、周末、节假日除外]，逾期送达的文件拒不接收。

2、投响应文件密封方式：档案袋封装

五、开标时间和地点

1、时间：2023年9月20日（星期三）14时30分[北京时间]。

2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介：<http://www.zysbzqrmmy.cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币0元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入

八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1正1副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

2、综合评标法。

3、开标条件：响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

1、主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

遵义市播州区人民医院总务科

2023年9月13日