

## 遵义市播州区人民医院

### 关于购置荧光定量聚合酶反应检测系统及测序反应通用试剂盒 内部竞争性谈判采购的公告

#### 一、项目基本情况

项目编号：BYC-2022-ZS043

项目名称：购置荧光定量聚合酶反应检测系统及测序反应通用试剂盒

采购方式：内部竞争性谈判

采购限价：\

资金来源：自筹

采购需求：

项目编号	产品名称	数量	单位	采购限价	产地来源
BYC-2022-ZS043	荧光定量聚合酶反应检测系统	1	套	\	不限
	测序反应通用试剂盒	1	批	\	

#### 技术参数和服务要求

##### 一、荧光定量聚合酶反应检测系统

(一)	设备性能	适用于对核酸样品(DNA、RNA)的定性、定量荧光检测，以及基因测序、原位杂交时的核酸片段及核酸探针的荧光检测。配套个体化自动分析软件、药物基因组数据分析软件，以实现自动判读报告、检测结果一键上传以及数据库管理。
-----	------	--

##### (二) 系统组成（至少包含如下组件）

序号	设备名称	参数要求
1	荧光定量检测仪	1 台
2	冰箱	1 台(≥60L)
3	生物安全柜	1 台
4	电脑	1 台
5	激光打印机	1 台
6	离心机	1 台
7	涡旋混匀仪	1 台
8	单通道移液器	1 支(100-1000ul)
9		1 支(0.5-10ul)
10	离心管	1 支(1.5ml)
11	枪头	1000 支(10 μL)
12		1000 支(200 μL)
13		1000 支(1000 μL)
14	巴氏吸管	1000 支(1.0ml)



15	1.5ml 离心管架	3 个 (离心管 50 孔架)
16	EP 管支架	4 个 (0.2*96 孔架)
17	多功能试管架	3 个
18	计时器	1 个

**(三) 主要设备 (荧光定量检测仪) 参数:**

序号	设备名称	参数要求			
1	样本容量	48×0.2ml (适用于单管、8 联管)			
2	反应体系	5~100μL			
3	检测通道	F1	F2	F3	F4
4	★适用探针/染料	FAM, SYBR	HEX, VIC, TET, JOE	ROX, TEXAS-RE	Cy5 Quasar-670
5		Green I	, Cy3, TAMRA	D	
6	★激发波长	445 ~485nm	513~533nm	561~581nm	620~650nm
7	★检测波长	515~535nm	554~574nm	602~622nm	674.5~689.5nm
8	模块工作温度范围	4~105℃ (最小设置刻度: 0.1℃)			
9	★升降温速率	5℃/s (max)			
10	温控精度	≤±0.1℃			
11	温度均匀性	≤±0.3℃			
12	热盖温度范围	30℃~110℃ (默认 105℃, 自动热盖)			
13	控温模式	三段独立控温, 温差范围 0.1℃-6℃			
14	运行方式	连续运行			

**二、测序反应通用试剂盒参数:**

序号	产品名称	参数要求
----	------	------



1	测序反应通用试剂盒	<p>1、试剂名称：测序反应通用试剂盒</p> <p>2、试剂用途：本试剂为测定核酸片段序列的一组常用试剂，完成测序过程并获取样本序列信息。是用于检测基因组 DNA 文库的一组常用试剂，不适用于全基因组测序。</p> <p>3、检测方法：荧光原位杂交法，要求不需要进行基因扩增（PCR）反应。</p> <p>4、检测项目：要求可检测 SNP 位点不少于 100 个，包含以下药物检测：</p> <p>a、心脑血管系统药物：氯吡格雷、阿司匹林、华法林、五类降压药、他汀类降压药物、地高辛、硝酸甘油。</p> <p>b、精神抑郁系统药物：西酞普兰、艾司西酞普兰、阿米替林、丙咪嗪、氯丙咪嗪、三甲丙米嗪、氟西汀、帕罗西汀、舍曲林、氟伏沙明、米氮平、文拉法辛、卡马西平、奥卡西平、苯妥英、利培酮。</p> <p>c、抗感染系统药物：异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、聚乙二醇干扰素-<math>\alpha</math>、利巴韦林、依非韦伦、拉米夫定、齐多夫定、替诺福韦、阿巴卡韦。</p> <p>d、内分泌系统药物：二甲双胍、磺酰脲类降糖药、DPP-4 抑制剂（西格列汀、维格列汀、沙格列汀、利格列汀、阿格列汀）、甲巯咪唑、卡比马唑、丙硫氧嘧啶。</p> <p>e、免疫抑制剂：他克莫司、环孢素 A、肿瘤坏死因子抑制剂（依那西普、英夫利昔单抗、阿达木单抗）、糖皮质激素冲击（甲强龙、强的松龙等）。</p> <p>f、抗癫痫、痛风药物：卡马西平、奥卡西平、苯妥英、别嘌醇。</p> <p>g、抗肿瘤、白血病药物：6-巯基嘌呤、硫唑嘌呤、巯鸟嘌呤、甲氨蝶呤、阿糖胞苷、阿霉素、氟尿嘧啶、卡培他滨、替加氟、顺铂、卡铂、奥沙利铂、环磷酰胺、吉西他滨、长春新碱、伊立替康、他莫昔芬、紫杉醇、多西他赛、培美曲塞。</p> <p>h、疾病预防：叶酸、老年痴呆症风险、静脉血栓风险、H 型高血压风险、胰岛素抵抗风险等。</p> <p>5、稳定性：测序反应通用试剂盒在低于-15℃环境下有效期限<math>\geq</math>15 个月。</p> <p>6、样本以及样本前处理要求：</p> <p>6.1 样本多样性：样本包括全血、口腔脱落细胞。</p> <p>6.2 样本前处理要求：要求“一步法”，整个处理过程小于 15 分钟。</p>
<b>三、提供配套服务及要求：</b>		
<p>1、检测试剂与配套检验设备均满足国家关于体外诊断试剂和医疗器械设备的相应管理要求，具有医疗器械注册证、注册登记表或备案凭证（或第一类医疗器械备案号）。</p> <p>2、在 12 个月以内的首次注册的产品，不需提供业绩；12 个月之前注册的产品，提供近三年（自 2018 年 1 月 1 日起）国内 3 家三级及以上医院同型号产品业绩各 1 份（需提供合同复印件供货发票复印件，清晰可辨认）。</p> <p>3、要求提供配套服务包括：个体化用药建议报告系统，并负责仪器设备的维修保养以及配套控制软件的更新与维护。</p> <p>4、检测配套的质控品、定标液免费配用。</p>		
<b>四、商务要求：</b>		
<p>1、设备保修<math>\geq</math>2 年，在质保期内每年由维修工程师提供至少 2 次的上门维护保养工作；</p> <p>2、3 个月内非人为质量问题提供换货。售后服务响应时间不超过一小时，全年 24 小时技术支持，6 小时内提供维修方案及报价，24 小时内到达现场，贵州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。</p>		

**本项目不接受联合体投标。**

其它要求：详见《采购文件》

**二、合格供应商应当具备的资格条件**

**（一）一般条件要求：符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，**

必须由具有法人资格的总公司授权。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件；

2、供应商相应的法定代表人、负责人身份证正反两面复印件（必须提供）；委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

3. 须提供医疗器械经营备案凭证/经营许可证；

4. 若产品不是本公司生产的，还须提供产品生产商/代理商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一）、医疗器械生产备案凭证/生产许可证（或医疗器械经营备案凭证/经营许可证）；

5. 须提供医疗器械产品备案凭证/注册证及相应登记附表；

6. 须提供生产厂家产品销售授权书。

7、供应商 1 年以上资产负债表或通过中介审计的有效财务审计报告复印件【新注册企业提供当年内】（必须提供）；

8、提供供应商依法纳税证明材料及缴纳社会保障金的证明材料（必须提供）【新注册企业提供当年内或者依法不用纳税及缴纳社保的证明材料】；

9、提供供应商 1 年以上无违法不良记录的证明材料[新注册企业提供当年内]；

10、其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。

**（二）诚信资格要求：**提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)]，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单 <http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

### 三、报名与采购文件获取

1、报名与购买采购文件时间：2022 年 12 月 27 日-2023 年 01 月 03 日 [8:00-11:30；14:00-17:30] [周末、中午休息、节假日除外]，供应商须在规定的时间内到指定地点购买本采购文件，并登记备案，如在规定时间内未购买采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2、报名与购买采购文件地点：遵义市播州区人民远程医疗中心二楼总务科。

3、本采购文件售价：人民币 100.00 元/包 [不收外币、不接受电子支付；文件售后不退，谈判资格不能转让]

#### 4、供应商购买采购文件时应携带以下资料：

报名时由项目负责人持法人授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证正反面复印件报名，并携带资质证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证、特殊行业注册证或许可证、诚信证明（上述政府网站打印）、无违法不良记录证明（上述政府网站打印）；以上材料收加盖公章复印件，授权委托书收原件。

#### 5、接受 QQ 邮箱报名，报名 QQ 邮箱为 3266520453@qq.com。

报名供应商可将加盖公章的报名资料扫描件发送到指定邮箱进行报名；报名成功后我院将下发采购文件，敬请关注邮箱回复。（敬请关注邮箱，收到后请回复，未回复单位视为自动放弃）。

#### 四、响应文件递交须知

##### 1、截止时间

2023 年 01 月 04 日 08 : 30 时上班时间[中午休息、周末、节假日除外]，逾期送达的文件拒不接收。

##### 2、投响应文件密封方式：档案袋封装

#### 五、开标时间和地点

1、时间：2023 年 01 月 04 日 08 时 30 分[北京时间]。

2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介：<http://www.zysbzqrmmy.cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

#### 七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。

#### 八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正 1 副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

2、最低评标价法。

3、开标条件：响应报价 $\geq$ 3 家。

#### 九、联系方式

1、主管科室：设备科



**遵义市播州区人民医院**

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

联系人及电话： 白女士 13985227666

2、办理科室：总务科

联系人及电话： 罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

**十、请严格遵守疫情防控相关规定。**

遵义市播州区人民医院总务科

2022年12月27日