

遵义市播州区人民医院

关于购置手术显微镜及显微器械项目的内部竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2023-ZS034

项目名称：购置手术显微镜及显微器械

采购方式：内部竞争性磋商

采购限价：\

资金来源：自筹

采购需求：

项目编号	产品名称	数量	单位	产地来源
BYC-2023-ZS034	手术显微镜	1	台	进口
	足踝显微摆锯	1	台	国产
	显微基础器械	1	批	国产

一、技术参数或服务要求

序号	产品名称	技术参数或服务要求
1	手术显微镜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配备主刀镜和对手镜。对手镜和主刀镜有完全一致的立体视觉； 2. 工作距离 200mm 时，12.5 倍目镜下，最大放大倍率≥ 25 倍； 3. 电动变倍系统；电动微调焦系统，调焦范围≥ 40mm，调焦速度可设置； 4. 最高放大倍率视场中心的分辨率≥ 1800 线对/mm 5. 左右光学系统之间的放大率差$\leq 2\%$。 6. 配备电动 XY 移动模块，平移范围≥ 40mm*40mm，可复位重设。 7. 双目镜筒瞳距调整范围 55-75mm。 8. 工作距离 200mm 时，12.5 倍目镜下，最大视场直径≥ 50mm。 9. 主刀镜与对手镜同步变倍，同视野，同步对焦，无需单独调节。 10. 配备 12.5 倍目镜，屈光度不小于± 5。 11. 光学头倾斜角度$\geq \pm 15^\circ$ 12. 支架最大水平伸展范围≥ 1050mm。 13. 落地支架，支架底座占地面积≤ 610mm*610mm 14. 照明：免光纤传导，LED 光源，使用寿命≥ 50000 小时，光源亮度可调。 15. 有滤片。光源无紫外线和红外线辐射。 16. 照明系统显色指数$\geq 85\%$，受照面温升转换为辐照度 $E_e \leq 1000$W/m² 17. 配置多功能防水脚踏，功能数≥ 8 个，可控制 XY 移动、调焦、变倍。 18. 有完善的售后服务体系，配有专职工程师负责产品的售后维修。须提供售后服务办公室地址、联系方式。 <p>其他要求：整机保修 2 年</p>
2	足踝显微摆锯	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可整机高温高压消毒，耐$\geq 135^\circ\text{C}$ 高温； 2. 采用进口电机； 3. 锯频≥ 15000 次 / 分； 4. 锯片硬度≥ 52 度，材料 SUS301 或更优质材料；



		5. 使用免消毒电池； 6. 铝合金外壳； 7. 噪声≤40dB； 8. 温升≤25℃； 整机应包含且不限于如下组件： 1. 主机 1 件 2. 电池 2 节 3. 充电器 1 只 4. 消毒通道 1 只 5. 锯片 5 片 6. 包装箱 1 只 其他要求：保修 2 年（电池质保 1 年）																																			
3	显微基础器械	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>名称</th> <th>规格</th> <th>单位</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>显微镊</td> <td>125*0.3, 直型, 圆柄</td> <td>把</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>显微镊</td> <td>125*0.15, 直型, 圆柄</td> <td>把</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>显微组织剪</td> <td>140, 直型, 策式, 圆柄</td> <td>把</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>显微组织剪</td> <td>140, 弯型, 簧式, 圆柄</td> <td>把</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>显微持针钳</td> <td>140*0.4, 直型, 簧式</td> <td>把</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>显微持针钳</td> <td>140x0.4 弯型, 叠鳃, 簧式</td> <td>把</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> 其他要求：以上器械保修 1 年。	序号	名称	规格	单位	数量	1	显微镊	125*0.3, 直型, 圆柄	把	28	2	显微镊	125*0.15, 直型, 圆柄	把	12	3	显微组织剪	140, 直型, 策式, 圆柄	把	10	4	显微组织剪	140, 弯型, 簧式, 圆柄	把	10	5	显微持针钳	140*0.4, 直型, 簧式	把	10	6	显微持针钳	140x0.4 弯型, 叠鳃, 簧式	把	10
序号	名称	规格	单位	数量																																	
1	显微镊	125*0.3, 直型, 圆柄	把	28																																	
2	显微镊	125*0.15, 直型, 圆柄	把	12																																	
3	显微组织剪	140, 直型, 策式, 圆柄	把	10																																	
4	显微组织剪	140, 弯型, 簧式, 圆柄	把	10																																	
5	显微持针钳	140*0.4, 直型, 簧式	把	10																																	
6	显微持针钳	140x0.4 弯型, 叠鳃, 簧式	把	10																																	

本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

(一) 一般条件要求：符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件；

2. 须提供医疗器械经营备案凭证/经营许可证；

3. 若产品不是本公司生产的，还须提供产品生产商/代理商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一）、医疗器械生产备案凭证/生产许可证（或医疗器械经营备案凭证/经营许可证）；

4. 须提供医疗器械产品备案凭证/注册证及相应登记附表；

5. 须提供生产厂家产品销售授权书。

6、提供供应商 2021 年或者 2022 年资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内]；

7、提供供应商近 3 个月依法纳税证明材料及缴纳社会保障金的证明材料【新注册企业提供当年内或者依法不用纳税及缴纳社保的证明材料】；

8、提供供应商近 1 年以上无违法不良记录的证明材料【新注册企业提供当年内】；

9、其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。

(二) 诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站



[www.creditchina.gov.cn, 包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

三、报名与采购文件获取

1、报名与采购文件获取时间:2023年9月1日-2023年9月7日[8:00-11:30;14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外], 供应商须在规定的时间内到指定地点获取本采购文件, 并登记备案, 如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2、报名方式: 电子邮件报名

3、报名邮箱: 3266520453@qq.com

4、参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题: 注明公司名称、竞标的设备名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的设备名称, 另扫描以下资料作为附件同发报名邮箱:

1) 三证合一的营业执照副本(复印件加盖公章);

2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件(复印件加盖公章);

3) 特殊行业注册证或许可证(复印件加盖公章);

4) 诚信资格证明材料、无违法不良记录证明(复印件加盖公章);

四、响应文件递交须知

1、截止时间

2023年9月8日(星期五)14:30时上班时间[中午休息、周末、节假日除外], 逾期送达的文件拒不接收。

2、投响应文件密封方式: 档案袋封装

五、开标时间和地点

1、时间: 2023年9月8日(星期五)14时30分[北京时间]。

2、地点: 遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介: <http://www.zysbzqrmmy.cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

七、保证金

供应商递交响应文件前, 应提交人民币0元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为, 不恶意扰乱投标规则和采购秩序, 一经发现则列入

八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1正1副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

2、综合评标法。



遵义市播州区人民医院

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

3、开标条件：响应报价 \geq 3家。

九、联系方式

1、主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

遵义市播州区人民医院总务科

2023年9月1日