

遵义市播州区人民医院

关于购置低温等离子射频系统及手术器械项目的紧急内部竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2023-ZS043

项目名称：购置低温等离子射频系统及手术器械

采购方式：紧急内部竞争性磋商

采购限价：\

资金来源：自筹

采购需求：

项目编号	产品名称	数量	单位	产地来源
BYC-2023-ZS043	低温等离子射频系统	1	台	不限
	手术器械	1	批	

一、技术参数或服务要求

序号	产 品 名 称	技术参数或服务要求		
1	低温等离子射频系统	用途：用于在关节镜手术期间实现软组织消融（汽化）、修复、切割和血管止血。 1.1 在消融模式，高频功率从发生器传输到电极头端，在特定的阈值功率水平，有源电极周围形成一个具有橙色光晕的蒸汽袋，蒸汽袋中的电弧使进入蒸汽袋的组织汽化。 1.2 在凝血工作模式，发生器向有源电极传输高频功率，实现组织凝血，而不产生火花或切割。 2.1 输出模式： 2.1.1 消融模式：至少三档可调 2.1.2 凝血模式：在不进行组织汽化的情况下提供血管的止血 2.1.3 低温脉冲消融模式：为组织汽化提供‘脉冲效果’，使用特定电极配置使用。 2.1.4 带温度控制的凝血：凝血模式时，可显示电极头端的温度，并根据设定的温度进行控制。 2.1.5 混合消融模式：至少两档可调：BV1 和 BV2 可分别在 V2 和 V3 消融模式和凝血（止血）模式之间进行切换 2.2 温控模式： 控制范围：45-95℃ 显示范围：10-99℃ 超温指示器：超过设定温度>8℃报警 3. 配置无线脚踏或有线脚踏 4. 无缝电流保护功能：电极接触金属端自动停止工作，不再接触后立即自动恢复工作 5. 液晶屏幕，参数显示		
2	肩关节	序号	名称	单位 数量



	器械一批	1	渔夫嘴缝线/组织抓钳	个	1
		2	加长 4mm 交换棒	个	1
		3	组织起子 30°	个	1
		4	肩孟锉	个	1
		5	单眼线结推进器	个	1
		6	开口剪线器	个	1
		7	细过线套索, 90 度直行	个	1
		8	细过线套索, 45 度左弯	个	1
		9	细过线套索, 45 度右弯	个	1
		10	细过线套索, 手柄	个	1
		12	抓钳器, 3. 4mm	个	1
		13	肩关节器械盒	个	1
		14	4. 5mm 丝锥	个	1
		15	5. 5mm 丝锥	个	1
		16	开路器	个	1
3	膝关节器械一批	序号	名称	单位	数量
		1	导向器把手	个	1
		2	点对点瞄准器	个	1
		3	成角钻头导向器	个	1
		3. 4	后叉胫骨瞄准器	个	1
		3. 5	前内入路胫骨瞄准器手柄	个	1
		3. 6	前内入路胫骨瞄准器 4mm	个	1
		3. 7	前内入路胫骨瞄准器 5mm	个	1
		3. 8	前内入路胫骨瞄准器 6mm	个	1
		3. 9	6mm 胫骨钻	个	1
		3. 10	7mm 胫骨钻	个	1
		3. 11	8mm 胫骨钻	个	1
		3. 12	9mm 胫骨钻	个	1
		3. 13	10mm 胫骨钻	个	1
		3. 14	6mm 股骨钻	个	1
		3. 15	7mm 股骨钻	个	1
		3. 16	8mm 股骨钻	个	1
		3. 17	9mm 股骨钻	个	1
		3. 18	10mm 股骨钻	个	1
		3. 19	导针空心钻	个	1
		3. 20	器械盒	个	1

二、商务要求

1、设备整机保修 ≥ 2 年；器械维保 ≥ 1 年；

本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

（一）一般条件要求：符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；

2、特殊资格要求：供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证，供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证和二类备案凭证及生产厂家产品销售授权书和相关资质证明材料。

3、提供供应商 2021 年或者 2022 年资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内]；

4、提供供应商近 3 个月依法纳税证明材料及缴纳社会保障金的证明材料【新注册企业提供当年内或者依法不用纳税及缴纳社保的证明材料】；

5、提供供应商近 1 年以上无违法不良记录的证明材料【新注册企业提供当年内】；

6、其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。

（二）诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn]，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

三、报名与采购文件获取

1、报名与采购文件获取时间：2023 年 10 月 19 日-2023 年 10 月 23 日[8:00-11:30；14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，供应商须在规定的时间内到指定地点获取本采购文件，并登记备案，如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2、报名方式：电子邮件报名

3、报名邮箱：3266520453@qq.com

4、参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标的项目名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称，另扫描以下资料作为附件同发报名邮箱：

1) 三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；

2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件（复印件加盖公章）；

3) 特殊行业注册证或许可证（复印件加盖公章）；

4) 诚信资格证明材料、无违法不良记录证明（复印件加盖公章）；

四、响应文件递交须知

1、截止时间

2023 年 10 月 24 日（星期二）16：00 时上班时间[中午休息、周末、节假日除外]，逾期送达的文件拒不接收。

2、投响应文件密封方式：档案袋封装

五、开标时间和地点

1、时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）16 时 00 分[北京时间]。

2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介：<http://www.zysbzqrmeyy.cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入

八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正 1 副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

2、综合评标法。

3、开标条件：响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

1、主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

遵义市播州区人民医院总务科

2023 年 10 月 19 日