



遵义市播州区人民医院

关于购置电子阴道镜项目的内部竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2023-ZS030

项目名称：购置电子阴道镜

采购方式：内部竞争性磋商

采购限价：\

资金来源：自筹

采购需求：

项目编号	产品名称	数量	单位	产地来源
BYC-2023-ZS030	电子阴道镜	1	台	国产

一、技术参数或服务要求

序号	产品名称	技术参数或服务要求
1	电子阴道镜	<p>一、阴道镜镜头性能</p> <ol style="list-style-type: none">镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清 CMOS 成像功能，输出 FULL HD 1080P 信号。高清摄像模块像素≥ 213 万，成像系统水平分辨率≥ 1050TVL。支持 1-60 倍连续变倍，可选 1-75 倍。有效操作距离：150mm-350mm。视场范围：$\geq \varnothing 100$mm(3X)，$\geq \varnothing 15$mm(18X)；景深：≥ 150mm(3X)，≥ 50mm(18X)。（提供检测报告并加盖厂家公章）。工作距离为 20cm 处光源中心温升$\leq 1\%$。光斑直径$\geq \varnothing 70$mm，距离中心点 70mm 范围内照度均匀性$\geq 90\%$，光源显色指数 Ra≥ 90（提供检验报告并加盖厂家公章）。空间分辨率：≥ 14 lp/mm；图像几何失真度$\leq 1\%$；防水按键设计，9 按键扇形布局，可实现视野变换、焦距调节、白光变色温成像、电子绿色滤镜成像、计时显示、自动图像采集和图像冻结控制，支持镜头手柄控制图像采集。可通过镜头操作按键独立控制醋酸计时显示/关闭功能，计时时长可自定义设置，最高支持 90 分钟，并可在打印报告中显示时长标记。镜头手柄后方按键有定位宫颈口与采集图像功能，便于快速确定病变位置。设备具有两个独立的视频接口，与工作站集成一体，可供用户扩展显示镜头原始图像，无需通过转换器（提供证明文件并加盖厂家公章）。采用全金属模具结构可升降直立式支架，镜头可调，确保其使用的稳定性，升降固定可靠性及操作的灵敏性。 <p>二、阴道镜工作站性能参数</p> <ol style="list-style-type: none">具有自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约。具有病例重点关注功能，医生可以快速标记需要关注的重点患者，便于医生分级管理和快速查找患者信息。能将采集的图像按时间顺序同屏显示（图像数量≥ 12 幅），并且可以



通过镜头扣手按键一键控制，方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联。

4. 提供 ≥ 2 种方式开启计时功能，支持 ≥ 4 种采图方式（手扣采图、软件按键采图、自动计时采图、脚踏开关采图）。

5. 具有语音播报操作提示功能，自动给出临床检查流的操作提示信息，便于临床规范阴道镜检查操作（提供证明文件并加盖厂家公章）。

6. 提供 IFCPC2011/ASCCP 2017 阴道镜专业术语以及临床参考图谱，具有国际认可的 RCI 评估和 Swede 评估。

7. 具有独立的历史检查记录显示区。录入患者信息后将自动加载同一患者所有历史检查记录，方便医生快速浏览和查阅患者历史检查（提供证明文件并加盖厂家公章）。

8. 在观察检查页面具有独立的历史检查图像显示框。同一患者历史检查图像会自动加载，并与当前检查图像并排显示，便于医生对比分析、追溯患者检查治疗过程（提供证明文件并加盖厂家公章）。

9. 提供 R-way 阴道镜诊断评估方法（专利申请号：201310180894.2），具有阴道镜操作提醒及自动采图功能，量化检查流程，提供基于三种不同溶液实验结果关联“特征”的智能评估和报告系统，根据 HPV/TCT 阴道镜图像特征进行自动关联，智能提示病变级别和活检点位置，自动给出处理建议（提供检测报告并加盖厂家公章）。

10. 提供不少于 100 份病例供临床医生操作练习。

11. 可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，提供不少于 6 种打印报告模版，支持自定义报告模板，提交患者打印报告后系统自动生成 PDF 文件备份。

12. 具有打印报告、编辑&报告两种报告生成模式。支持可编辑式报告模板，并且可对报告中图像进行处理，调节图像亮度、对比度、色调、饱和度等。

13. 可对拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、医生工作量等进行统计分析，统计结果可通过饼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到 Excel 表。

14. 具有软件操作留痕功能。系统可对软件用户各项历史操作留痕记录，自动记录用户对病人数据的新增、修改、删除、报告打印等操作，满足用户对软件操作可追溯的需求（提供证明文件并加盖厂家公章）。

15. 软件具有 ≥ 10 国语言选择，支持中、英、西、法语等多语言的软件界面和报告（提供证明文件并加盖厂家公章）。

三、工作站拓展功能及网络应用

1. 支持身份证读取功能，可刷病人身份证直接读取病人身份证病人姓名及身份证号码。

2. 具有 DICOM 3.0 数据交换接口。提供 DICOM worklist, DICOM verify, DICOM storage, 方便对接医院 PASC 系统，无需二次开发，可从 PACS 系统下载病人信息并将病人检查记录和报告发往 PACS（提供检测报告并加盖厂家公章）。

3. 可以支持标准 HL7 协议，可以方便对接 HIS 系统；支持 LDAP 集成登陆，方便医院账号管理。

4. 支持局域网连接功能，支持护士工作站、医生工作站和阴道镜工作站互联构成门诊应用网络，提供四级用户权限管理。

35. 支持广域网连接功能，能够与电子阴道镜数据管理系统联网，便于官



颈门诊中心或区域性子宫颈癌早诊早治质控中心更好的开展网络化应用和质控管理。

6. 支持阴道镜报告多级质控管理功能。提供自动形式审核和上级复核功能，对阴道镜图像、报告等进行评估以及针对性指导，同时支持自动生成质控报表，可供医院开展本院内、跨院区阴道镜质控管理工作（提供证明文件并加盖厂家公章）。

7. 支持联网叫号系统，便于对阴道镜检查患者的分流处理，提高工作效率。

8. 支持示教系统，支持阴道镜检查室/LEEP 手术治疗室观察和检查视频在示教室同步输出；并提供多向语音交流，方便教学。

二、商务要求：

- 1 设备整机保修≥2 年。

本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

(一) 一般条件要求：符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件；

2. 须提供医疗器械经营备案凭证/经营许可证；

3. 若产品不是本公司生产的，还须提供产品生产商/代理商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一）、医疗器械生产备案凭证/生产许可证（或医疗器械经营备案凭证/经营许可证）；

4. 须提供医疗器械产品备案凭证/注册证及相应登记附表；

5. 须提供生产厂家产品销售授权书。

6、提供供应商 2021 年或者 2022 年资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内]；

7、提供供应商近 3 个月依法纳税证明材料及缴纳社会保障金的证明材料【新注册企业提供当年内或者依法不用纳税及缴纳社保的证明材料】；

8、提供供应商近 1 年以上无违法不良记录的证明材料【新注册企业提供当年内】；

9、其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。

(二) 诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

三、报名与采购文件获取

1、报名与采购文件获取时间：2023 年 8 月 3 日-2023 年 8 月 10 日[8:00-11:30;14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，供应商须在规定的时间内到指定地点获取本采购文件，并登记备案，



如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2、报名方式：电子邮件报名

3、报名邮箱：3266520453@qq.com

4、参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标设备名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的设备名称，另扫描以下资料作为附件
同发报名邮箱：

1) 三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；

2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件（复印件加盖公章）；

3) 特殊行业注册证或许可证（复印件加盖公章）；

4) 诚信资格证明材料、无违法不良记录证明（复印件加盖公章）；

四、响应文件递交须知

1、截止时间

2023年8月11日（星期五）08：30时上班时间[中午休息、周末、节假日除外]，逾期送达的文件拒不接收。

2、投响应文件密封方式：档案袋封装

五、开标时间和地点

1、时间：2023年8月11日（星期五）08时30分[北京时间]。

2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介：<http://www.zysbzqrmmy.cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币0元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入

八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1正1副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

2、综合评标法。

3、开标条件：响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

1、主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

十、请严格遵守疫情防控相关规定。

遵义市播州区人民医院总务科

2023年8月3日

遵义市播州区人民医院