

## 遵义市播州区人民医院

### 关于胰岛素泵置换升级采购项目内部单一来源采购的公告

#### 【暨邀请通知】

依据本院相关采购管理制度和临床需求，经设备科申报，总务科依法依程序对胰岛素泵置换升级项目组织内部单一来源采购；现依申报邀请贵州格林凯斯科技开发有限公司就所需产品进行报价和谈判。

一、项目编号：BYC-2023-ZS012

二、项目名称：胰岛素泵置换升级采购

三、预算限价：\

四、项目内容及需求

项目编号	分项名称	规格	数量	采购限价（元）	产地来源
BYC-2023-ZS012	胰岛素泵置换升级	台	4	\	进口
技术参数或服务要求					
序号	产品名称	参数要求			
1	胰岛素泵置换升级	<p>一、技术参数</p> <p>1.1 名称：胰岛素泵置换升级</p> <p>1.2 数量：4 台</p> <p>1.3 项目概况：将 4 台老旧损坏的胰岛素设备置换升级为新的设备。</p> <p>1.4 置换升级的设备至少能满足如下技术要求：</p> <p>(1) .胰岛素泵控制芯片<math>\geq 4</math>，以确保机器持续稳定运转。</p> <p>(2) .原装进口马达组，安全电容加 DC 直流马达，包含合金材质齿轮箱，编码器及马达复位开关，整装、非拼装马达。</p> <p>(3) .阻塞传感器：有，评估是否有输注阻塞或监测胰岛素剩余用量</p> <p>(4) .屏幕显示：<math>\geq 1.8</math> 寸双屏液晶屏</p> <p>(5) .电池普通：7 号电池 1 节</p> <p>(6) .基础率：48 段</p> <p>(7) .系统要求：原装进口</p> <p>(8) .外形尺寸：小巧便于携带</p> <p>(9) .输注耗材：斜插等多种输注管路供选择，有快速分离器便于病人检查，运动，洗澡。</p> <p>(10) .皮下软针：适用于 CT/MRI 等检查，有多种型号，适用不同 BMI 的患者。</p> <p>(11) .安全检查：每 10 秒诊断系统自检 1 次</p> <p>(12) .胰岛素输注方式：生理脉冲式胰岛素输注</p> <p>(13) .马达：安全电容加 DC 直流马达</p> <p>(14) .报警方式：声音和震动</p> <p>(15) .马达位移精确度：误差在正负 2%以内</p> <p>(16) .基础率：0.05-35u/h</p> <p>(17) .基础率模式：标准</p> <p>(18) .基础率步长：最小 0.05u/h</p> <p>(19) .临时基础率 0.5—24H <math>\pm 1\%</math> 可调整</p> <p>(20) .临时基础率调节方式 百分比</p> <p>(21) .大剂量 (Bolus) 0.1—25U</p>			

	<p>(22). 大剂量增量 0.1U (23). 大剂量输注方式 常规 (24). 胰岛素浓度 U-100 (25). 胰岛素输注精度 &lt;math&gt;\pm 5\%&lt;/math&gt; (26). 背景灯 液晶显示 (27). 配置键盘锁定功能 (28). 报警记录: 可回顾至少 36 次的报警, 以及报警的时间和日期 (29). 低液量报警 剩余单位和时间两种方式 (30). 报警种类: 低药量, 低信号, 输注等; 报警记忆: 至少 14 天 (31). 电池报警: 至少 5 种 (32). 充盈记录: 可回顾至少 20 次的排气记录, 以及排气时间和日期 (33). 大剂量历史: 至少 24 个 (34). 防水等级: IPX-7 (35). 安全设置: 至少 50 种独立的安全系统程序监视, 每天至少有百万次的自动检查, 另应有手动自检功能。 (36). 适用人群: 无使用年龄限制, 适用于儿童和成人等各年龄层</p> <p><b>二、商务要求</b></p> <p>1. 整机质保 <math>\geq 4</math> 年</p>
--	--

\*本项目不接受联合体投标。

\*其它要求: 详见《采购文件》。

#### **四、合格供应商应当具备的资格条件, 符合《政府采购法》第二十二条之规定;**

- 1、提供供应商合法有效的生产、经营、注册等资格证照及法人委托文件;
- 2、提供产品生产商合法有效的生产、经营、注册等资格证照;
- 3、提供医疗器械经营资格证明文件;
- 4、提供产品流通渠道及授权关系证明文件;
- 5、提供供应商 1 年以上资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内];
- 6、提供供应商依法纳税及缴纳社会保障金证明材料;
- 7、提供供应商 1 年以上无违法不良记录的证明材料[新注册企业提供当年内];
- 8、其它特别指明要求提供的材料、证明等; 项目属特种行业的提供相应资证。
- 9、诚信资格要求: 提供购买标书当日至谈判前一天任一时间, 在“信用中国”网站

[[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn), 包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单

<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

#### **五、采购文件获取**

- 1、2023 年 3 月 31 日—4 月 6 日[8:00-11:30; 14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外], 联系总务科免费获取。

#### **六、谈判时间和地点**

- 1、时间: 2023 年 4 月 7 日 10 时 00 分(北京时间)。
- 2、地点: 遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

**七、公告发布媒介：** <http://www.zysbzqrmmy.cn> 遵义市播州区人民医院（官网）

## **八、联系方式**

1、申购主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、采购办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼

4、投诉与举报：27252009

遵义市播州区人民医院总务科

2023年3月31日