

## 遵义市播州区人民医院

### 关于购置可视喉镜、便携式纤支镜、困难气道管理车项目的 内部竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2023-ZS035

项目名称：购置可视喉镜、便携式纤支镜、困难气道管理车项目

采购方式：内部竞争性磋商

采购限价：\

资金来源：自筹

采购需求：

项目编号	产品名称	数量	单位	产地来源
BYC-2023-ZS035	可视喉镜	1	台	国产
	便携式纤支镜	1	台	国产
	困难气道管理车	1	台	国产

#### 一、技术参数或服务要求

序号	产品名称	技术参数或服务要求
1	<b>可视喉镜</b>	1、整机由显示器、手柄部件和一次性使用全包喉镜片三部分组成，整机支持拍照录像、数据存取功能 2、可适配使用 2-6 岁、6 岁-成人、成人大号三种型号一次性全包喉镜片 3、显示器能上下 $110^{\circ} \pm 10\%$ 转动，左右 $270^{\circ} \pm 10\%$ 转动 4、镜片角度：33 度、42 度、44 度 5、视场角 $60^{\circ} \pm 15\%$ 6、摄像头内置的全密封防水设计高功率 LED 光源，光照度 $\geq 150\text{Lux}$ 7、分辨率 $\geq 7.87\text{LP/mm}$ 8、镜片手柄与显示组件的连接：不受力直插式 9 显示屏操作：触摸式 10、具有特殊防雾功能 11、手柄防水等级：IPX7 12、充电器输入：100-240VAC, 50-60HZ 13、充电时间：<3 小时 14、持续放电时间：>3 小时 15、充电次数：>300 次 16、内置可充电式锂电子聚合物电池 17、★机器配套耗材：一次性使用全包喉镜片（提供报价，并必须提供贵州或附近省份 3 家公立医院销售发票或合同为报价佐证资料） <b>其他要求：保修 <math>\geq 2</math> 年</b>
2	<b>便携式纤支镜</b>	1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容 av 输出、吸痰、给药、吹氧等功能； 2、显示器能上下 $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 转动，左右 $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 转动，方便不同站位操作；



		<p>3、软管直径：2.6mm；</p> <p>4、前端蛇骨弯曲角度：双向<math>\geq 290^\circ</math> 向上<math>\geq 160^\circ</math>，向下<math>\geq 130^\circ</math>；</p> <p>5、视场角：<math>\geq 90^\circ</math>，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变；</p> <p>6、内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度<math>\geq 700\text{Lux}</math>；</p> <p>7、采用高分辨率自制摄像头，剔除白平衡功能，确保显示效果一致性，摄像头头端采用蓝宝石镜片，防刮花，耐腐蚀；</p> <p>8、TFT显示屏尺寸<math>\geq 3.0''</math>，像素<math>\geq 1920(\text{RGB}) * 480</math>；</p> <p>9、分辨率<math>\geq 9.92\text{ IP/mm}</math>；</p> <p>10、景深：3-100mm；</p> <p>11、显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀，插入部前端为非金属医用高分子材质，减少气道刺激，镜体可浸泡消毒；</p> <p>12、负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求；</p> <p>13、可选配<math>\geq 8</math>寸HD显示屏（安卓操作系统，支持多点触控，内置病例管理软件，含拍照、录像、图像冻结、病例回顾等功能）；</p> <p>14、可选配<math>\geq 15</math>寸屏（支持大小屏幕镜像功能，方便临床教学）；</p> <p>15、具备拍照录像、数据存储功能，标配<math>\geq 8\text{G}</math>内置TF卡，内存可扩展，可存储照片数量<math>&gt; 10</math>万张，可存储录像时长<math>\geq 4.5</math>小时；</p> <p>16、充电器输入：100-240V AC，50-60Hz；</p> <p>17、充电器输出：5V DC, 1A；</p> <p>18、内置可充电式锂离子聚合物电池，不可插拔，减少固件损伤，电池容量<math>\geq 2300\text{mAh}</math>；</p> <p>19、由厂家负责售后服务；</p> <p><b>其他要求：保修<math>\geq 2</math>年</b></p>
3	<b>困难气道管理车</b>	<p>1、整体尺寸：<math>\geq 600 * 600 * 1180\text{mm}</math></p> <p>2、每个抽屉内至少设有3横3竖6个格条，可拆卸可根据需要进行组装</p> <p>3、其中一个抽屉内装有USB接口可对设备进行充电</p> <p>4、每个抽屉关闭时均带有自吸效果</p> <p>5、隐藏式工作台可辅助放置物品，关闭时带有自吸效果。</p> <p>6、存储柜可放置<math>\geq 4</math>条内窥镜。</p> <p>7、存储柜中装有对柜内消毒的可定时的紫外线灯</p> <p>8、内镜柜柜门采用液压静音铰链，柜门关闭后不会自动开启</p> <p>10、使用记录板吸附在内镜柜上，用于记录台车使用情况，记录纸为可换装A4大小纸张</p> <p>11、为方便运输脚踏式垃圾桶可拆卸</p> <p>12、打开方式为脚踏+手动或者脚踏：脚踏+手动可使垃圾桶长时间处于打开状态，脚踏为短暂打开</p> <p>13、呼叫按钮可自锁，可充电。</p> <p>14、4L氧气瓶支架</p> <p><b>其他要求：保修<math>\geq 2</math>年</b></p>

二、商务要求

设备维保期 $\geq 2$ 年

本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

## 二、合格供应商应当具备的资格条件

(一) 一般条件要求：符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；

2. 特殊资格要求：供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证，供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证和二类备案凭证及生产厂家产品销售授权书和相关资质证明材料。

3、提供供应商 2021 年或者 2022 年资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内]；

4、提供供应商近 3 个月依法纳税证明材料及缴纳社会保障金的证明材料【新注册企业提供当年内或者依法不用纳税及缴纳社保的证明材料】；

5、提供供应商近 1 年以上无违法不良记录的证明材料【新注册企业提供当年内】；

6、其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。

(二) 诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)]，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

## 三、报名与采购文件获取

1、报名与采购文件获取时间：2023年9月12日-2023年9月18日[8:00-11:30;14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，供应商须在规定的时间内到指定地点获取本采购文件，并登记备案，如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2、报名方式：电子邮件报名

3、报名邮箱：3266520453@qq.com

4、参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标的项目名称。

**正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称，另扫描以下资料作为附件同发报名邮箱：**

1) 三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；

2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件（复印件加盖公章）；

3) 特殊行业注册证或许可证（复印件加盖公章）；

4) 诚信资格证明材料、无违法不良记录证明（复印件加盖公章）；

## 四、响应文件递交须知

1、截止时间



遵义市播州区人民医院

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

2023年9月19日（星期二）09：00时上班时间[中午休息、周末、节假日除外]，逾期送达的文件拒不接收。

2、投响应文件密封方式：档案袋封装

五、开标时间和地点

1、时间：2023年9月19日（星期二）09时00分[北京时间]。

2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介：<http://www.zysbzqmyy.cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币0元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入

八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1正1副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

2、综合评标法。

3、开标条件：响应报价 $\geq 3$ 家。

九、联系方式

1、主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

遵义市播州区人民医院总务科

2023年9月12日