

遵义市播州区人民医院

关于购置电子气管插管软镜项目的内部竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2022-ZS037

项目名称：购置电子气管插管软镜

采购方式：竞争性磋商

采购限价：10 万元

资金来源：自筹

采购需求：

项目编号	产品名称	数量	单位	采购限价	产地来源
BYC-2022-ZS037	电子气管插管软镜	1	套	10 万	国产

技术参数或服务要求

一、技术参数及要求：

（一）、操作手柄（含插入管）：

1. 景深：3-150mm；
2. 视场角 $\geq 120^\circ$ ；
3. 软镜工作软管有效长度 $\geq 600\text{mm}$ ；
4. 成像原理：电子成像技术，工作软管不含光纤；
5. 软镜插入管外径 $\leq 5.2\text{mm}$ ，工作管道内径 $\geq 2.6\text{mm}$ ；
6. 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲 $\geq 180^\circ$ ，向下弯曲 $\geq 130^\circ$ ；
7. 操作手柄具备两个功能按键：可控制图像显示器的图像冻结或调光，图像拍照、录像，以及录中拍功能；
8. 自带 LED 光源，耐用性强，具备防雾功能；
9. 成像分辨率：不低于 11 线对/毫米；
10. 兼容 Olympus 的一次性吸引按钮、活检阀、清洗管道；
11. 人体工程学设计指膜印操作手柄，握持舒适稳定，利于长时间使用。

（二）、内窥镜摄像系统：

1. 显示功能：高清显示器，自带 ≥ 5 "电容触摸屏，支持双指缩放，屏幕可以放大 ≥ 3 倍，安卓智能系统且需终身提供免费升级服务；
2. 内窥镜摄像系统内置 $\geq 8\text{G}$ 内存，可持续录制视频 ≥ 120 分钟，外置可插拔 SD 存储卡直接存储图片及视频等信息；
3. 视频输出接口：具有高清画质的 HDMI 视频输出，可外接高清显示屏同屏显示；
4. 具有冻结、调光、拍照和摄像功能，具备图像、视频回放功能；
5. 光源照明亮度分 ≥ 5 级调节，优化图像质量；
6. 图像真实性：无明显几何失真；
7. 具有文件管理功能，文件夹可重命名设置，以患者的姓名设置文件名称，方便医护人员对检查患者资料的管理；

8. 图片管理，图片可根据医护人员的需求，选择 JPG、BMP 两种不同的图片格式；
9. 供电方式：可充电锂电池，锂离子可充电电池，电池工作时间 ≥ 270 分钟
10. 提示功能：具有摄录时间长短提示功能、调光提示功能和电量智能检测指示标示（用于显示电量）；
11. 白平衡功能：具有手动、自动一体设计白平衡功能；
12. 显示屏转动角度：上下： $60^{\circ} \sim 160^{\circ}$ （可旋转 100° ），左右各 170° 。

二、商务要求

- 1、设备保修 ≥ 2 年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少 2 次的上门维护保养工作。
- 2、3 个月内非人为质量问题提供换货。售后服务响应时间不超过一小时，全年 24 小时技术支持，3、使用培训、应用培训方案由投标方提供；
- 4、厂方承担物流费用并提供免费安装。

★本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

（一）一般条件要求：符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

- 1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件；
2. 须提供医疗器械经营备案凭证/经营许可证；
3. 若产品不是本公司生产的，还须提供产品生产商/代理商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一）、医疗器械生产备案凭证/生产许可证（或医疗器械经营备案凭证/经营许可证）；
4. 须提供医疗器械产品备案凭证/注册证及相应登记附表；
5. 须提供生产厂家产品销售授权书。
- 6、提供供应商 1 年以上资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内]；
- 7、提供供应商依法纳税证明材料[新注册企业可提供当年内或提供依法不需要纳税的相关文件证明]；
- 8、提供供应商 1 年以上无违法不良记录的证明材料及供应商主体信用记录【新注册企业提供当年内】；
- 9、其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。

（二）诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn]，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单 <http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

三、报名与采购文件获取

- 1、报名与购买采购文件时间：2022 年 11 月 10 日-11 月 16 日[8:00-11:30；14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，供应商须在规定的时间内到指定地点

购买本采购文件，并登记备案，如在规定时间内未购买采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2、报名与购买采购文件地点：遵义市播州区人民远程医疗中心二楼总务科；**报名方式：现场报名。**

3、本采购文件售价：人民币 100.00 元/包[不收外币、不接受电子支付；文件售后不退，谈判资格不能转让]

4、**接受 QQ 邮箱报名，报名 QQ 邮箱为 3266520453@qq.com。**

报名供应商将单位名称、联系人及手机号码、邮箱号、法人授权委托书、资质证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证、特殊行业注册证或许可证、诚信证明【“信用中国”网站打印】、无违法不良记录证明【“中国政府采购网”网站打印】；以上材料加盖公章后发送到指定邮箱；报名后发放项目采购文件，敬请关注邮箱回复。（敬请关注邮箱，收到后请回复，未回复单位视为自动放弃）。

四、响应文件递交须知

1、截止时间

2022 年 11 月 17 日 10 : 00 时上班时间[中午休息、周末、节假日除外]，逾期送达的文件拒不接收。

2、投响应文件密封方式：档案袋封装

五、开标时间和地点

1、时间：2022 年 11 月 17 日 10 时 00 分[北京时间]。

2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介：<http://www.zysbzqrmmy.cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。

八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正 1 副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

2、最低评标价法。

3、开标条件：响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

1、主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

十、请严格遵守疫情防控相关规定。

遵义市播州区人民医院总务科

2022年11月9日

遵义市播州区人民医院