

## 遵义市播州区人民医院

### 关于购置一次性使用取石网篮等耗材项目内部单一来源采购的公告

#### 【暨邀请通知】

依据本院相关采购管理制度和临床需求，经设备科申报，总务科依法依程序对**购置一次性使用取石网篮等耗材**项目组织**内部单一来源采购**；现依申报邀请**贵州睿达科技有限公司**就所需产品进行报价和谈判。

一、项目编号：BYC-2023-ZS038

二、项目名称：**购置一次性使用取石网篮等耗材**

三、预算限价：\

四、项目内容及需求

项目编号	分项名称	数量	单位	产地来源
BYC-2023-ZS038	一次性使用取石网篮等耗材	1	批	不限
<b>一、技术参数或服务要求</b>				
序号	耗材名称	参数		
1	可过活检孔道肠道支架套装	双球裸架直径 20mm, 长度 80mm, 置入器 3.3×2300mm		
2	可过活检孔道肠道支架套装	双球裸架直径 20mm, 长度 100mm, 置入器 3.3×2300mm		
3	可过活检孔道肠道支架套装	双球裸架直径 20mm, 长度 120mm, 置入器 3.3×2300mm		
4	可过活检孔道肠道支架套装	双球裸架直径 20mm, 长度 80mm, 置入器 3.3×1800mm		
5	可过活检孔道肠道支架套装	双球裸架直径 20mm, 长度 100mm, 置入器 3.3×1800mm		
6	可过活检孔道肠道支架套装	双球裸架直径 20mm, 长度 120mm, 置入器 3.3×1800mm		
7	靛胭脂粘膜染色剂	15ml 或其他		
8	一次性使用内镜喷洒管	外管直径 1.8mm, 有效长度 1800mm		
9	一次性使用内镜喷洒管	外管直径 1.8mm, 有效长度 2200mm		
10	一次性使用胆管内引流管	胰管支架--支架直径 5Fr, 引流管有效长度 5mm		
11	一次性使用胆管内引流管	胰管支架--支架直径 5Fr, 引流管有效长度 7mm		
12	一次性使用胆管内引流管	胰管支架--支架直径 5Fr, 引流管有效长度 9mm		
13	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型--支架直径 5Fr, 引流管有效长度 5mm, 置入器长度 2200mm		
14	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型--支架直径 5Fr, 引流管有效长度 7mm, 置入器长度 2200mm		
15	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型--支架直径 5Fr, 引流管有效长度 9mm, 置入器长度 2200mm		
16	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型--支架直径 5Fr, 引流管有效长度 12mm, 置入器长度 2200mm		
17	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型--支架直径 7Fr, 引流管有效长度 5mm, 置入器长度 2200mm		

18	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型--支架直径 7Fr, 引流管有效长度 7mm, 置入器长度 2200mm
19	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型--支架直径 7Fr, 引流管有效长度 9mm, 置入器长度 2200mm
20	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型--支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 5mm, 置入器长度 2200mm
21	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型--支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 7mm, 置入器长度 2200mm
22	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型--支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 9mm, 置入器长度 2200mm
23	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型--支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 10mm, 置入器长度 2200mm
24	一次性使用胆管内引流管	单猪尾型--支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 12mm, 置入器长度 2200mm
25	一次性使用胆管内引流管	双猪尾型--支架直径 7Fr, 引流管有效长度 5mm, 置入器长度 2200mm
26	一次性使用胆管内引流管	双猪尾型--支架直径 7Fr, 引流管有效长度 7mm, 置入器长度 2200mm
27	一次性使用胆管内引流管	双猪尾型--支架直径 7Fr, 引流管有效长度 9mm, 置入器长度 2200mm
28	一次性使用胆管内引流管	双猪尾型--支架直径 7Fr, 引流管有效长度 10mm, 置入器长度 2200mm
29	一次性使用胆管内引流管	双猪尾型--支架直径 7Fr, 引流管有效长度 12mm, 置入器长度 2200mm
30	一次性使用胆管内引流管	双猪尾型--支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 7mm, 置入器长度 2200mm
31	一次性使用胆管内引流管	双猪尾型--支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 9mm, 置入器长度 2200mm
32	一次性使用胆管内引流管	双猪尾型--支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 10mm, 置入器长度 2200mm
33	一次性使用胆管内引流管	双猪尾型--支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 12mm, 置入器长度 2200mm
34	一次性使用胆管内引流管	偏弯型--支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 7mm, 置入器长度 2200mm
35	一次性使用胆管内引流管	偏弯型--支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 9mm, 置入器长度 2200mm
36	一次性使用胆管内引流管	偏弯型--支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 10mm, 置入器长度 2200mm
37	一次性使用胆管内引流管	偏弯型--支架直径 8.5Fr, 引流管有效长度 12mm, 置入器长度 2200mm
38	一次性使用取石球囊	适配导丝直径 0.035 (0.89mm), 通道直径 $\geq$ 2.8mm, 有效长度 2000mm
39	可旋转重复开闭软组织夹	开口尺寸 $\geq$ 14mm, 直径 2.6mm, 最小内窥镜通道 2.8mm, 有效工作长度 1950mm
40	一次性使用取石网篮	四线螺旋型, 网篮开幅 25mm, 外管直径 7Fr, 网篮有效长度 50mm, 通道直径 $\geq$ 2.8mm, 工作长度 2000mm

41	一次性使用取石网篮	四线钻石型，网篮开幅 20mm，外管直径 7Fr，网篮有效长度 45mm，通道直径 $\geq 2.8$ mm，工作长度 2000mm
42	一次性使用取石网篮	四线钻石型，网篮开幅 25mm，外管直径 7Fr，网篮有效长度 50mm，通道直径 $\geq 2.8$ mm，工作长度 2000mm
43	一次性使用取石网篮	四线钻石型，网篮开幅 25mm，外管直径 7Fr，网篮有效长度 50mm，通道直径 $\geq 2.8$ mm，工作长度 2500mm
44	一次性使用取石网篮	四线钻石型，网篮开幅 30mm，外管直径 7Fr，网篮有效长度 55mm，通道直径 $\geq 2.8$ mm，工作长度 2000mm

## 二、商务要求

- 1、投标供应商应具有完善的销售供应和售后服务保障体系，接到供货通知后须 48 小时内送货。
- 2、对中标的供应商，若在规定的时间内不能及时供货或中标供应商合同期内擅自改变中标价格的，我院有权立即终止合作并停止付款。

\*本项目不接受联合体投标。

\*其它要求：详见《采购文件》。

## 四、合格供应商应当具备的资格条件，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

- 1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照（三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；
- 2、特殊资格要求：供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证，供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证和二类备案凭证及生产厂家产品销售授权书和相关资质证明材料。
- 3、提供供应商 2021 年或 2022 年资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内]；
- 4、提供供应商近 3 个月依法纳税及缴纳社会保障金证明材料；
- 5、提供供应商 1 年以上无违法不良记录的证明材料[新注册企业提供当年内]；
- 6、其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。
- 7、诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

## 五、采购文件获取

- 1、2024 年 1 月 22 日—1 月 29 日[8:00-11:30；14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，联系总务科免费获取。
- 2、**报名邮箱：[zysbzqrmmy2024@163.com](mailto:zysbzqrmmy2024@163.com)**
- 3、**参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标的项目名称。**  
**正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称，另扫描以下资料（PDF 文件）作为附件同发报名邮箱：**
  - 1) 三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；
  - 2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件（复印件加盖公章）

章)；

- 3) 特殊行业注册证或许可证（复印件加盖公章）；
- 4) 诚信资格证明材料、无违法不良记录证明（复印件加盖公章）；
- 5) 《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》；
1. 6) 《投标廉洁承诺书》；

## 六、谈判时间和地点

- 1、时间：2024年1月30日08时30分（星期二）（北京时间）。
- 2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

**七、公告发布媒介：**<http://www.zysbzqrmmy.cn> 遵义市播州区人民医院（官网）

## 八、联系方式

- 1、申购主管科室：设备科  
联系人及电话：白女士 13985227666
- 2、采购办理科室：总务科  
联系人及电话：罗女士 19184538868
- 3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼
- 4、投诉与举报：27252009

遵义市播州区人民医院总务科

2024年1月22日