

## 遵义市播州区人民医院

### 关于购置超声刀系统项目内部竞争性磋商采购的公告

#### 一、项目基本情况

项目编号：BYC-2023-ZS005

项目名称：购置超声刀系统

采购方式：竞争性磋商

预算限价：30000.00 元

资金来源：自筹

批复文号：\

采购需求：

| 项目编号           | 项目名称【分项】 | 数量 | 单位 | 预算限价<br>(元) | 产地来源 |
|----------------|----------|----|----|-------------|------|
| BYC-2023-ZS005 | 超声刀系统    | 1  | 套  | 30000.00    | 不限   |

### 技术参数或服务要求

#### 一、技术参数

##### 1、系统/发生器

- 1.1、振动频率  $55.6 \pm 1\text{KHz}$
- 1.2、发生器输入电源：AC220V $\pm$ 22V，50/60Hz，功率：180VA
- 1.3、工作环境温度：18 $^{\circ}\text{C}$ -25 $^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 30%-70%无凝结，气压范围：700hPa-1060hPa
- 1.4、系统输出功率 $\leq 35\text{W} \pm 10\%$
- 1.5、系统输出声功率 $< 10\text{W}$ ，输出声功率越小能量损耗越小。
- 1.6、系统功率储备指数 $> 2.5$ ，指数越高系统储备能量越多，运行越稳定。
- 1.7、具备自适应反馈技术，主机根据组织负载及变化自适应的调整功率的输出，并提供产品发明专利证书。
- 1.8、具备较高的安全性和有效性，与同类进口产品做过多中心随机分层单盲平行对照的非劣效性临床试验。
- 1.9、设备具备系统诊断功能，可以检测设备的连接及工作状态，当有问题发生时以图片配合文字的形式对错误操作或故障发出预报警，并展示解决步骤，便于操作者发现并排除故障。
- 1.10、具备全彩 LCD 触摸屏，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测。
- 1.11、发生器有 1~5 档输出功率，在工作时有功率大小的档位显示，刀头工作时有声音提示工作状态。
- 1.12、设备使用时，既可提供手控功能，又可提供脚控功能。
- 1.13、发生器重量 $\leq 7\text{kg}$ 。
- 1.14、用于普通外科、胃肠外科、肝胆外科、妇产科、胸外科、泌尿外科、头颈外科、小儿外科等科室开放手术或腹腔镜等针对软组织切割和血管闭合手术。

##### 2、换能器

- 3.1、拥有 2 款不同型号的换能器，分别适配相应的剪刀式刀头、枪式刀头。
- 3.2、换能器集成智能芯片，可以记录使用次数，方便手术室管理。
- 3.3、不可拆卸的换能器，结构紧密，振动频率更加稳定。
- 3.4、剪刀式换能器轻便灵巧，减少术中医生的疲劳感，提高操作效率。
- 3.5、单个换能器可重复使用达 100 次，最大限度减少医院成本。

## 二、商务要求

1、设备保修：设备保修期 $\geq 2$ 年（自验收合格之日起）

★本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

（一）一般条件要求：符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

- 1、提供供应商合法有效的生产、经营、注册等资格证照及法人委托文件；
- 2、提供产品生产商合法有效的生产、经营、注册等资格证照；
- 3、提供医疗器械经营资格证明文件【若项目属于医疗器械类】；
- 4、提供产品流通渠道及授权关系证明文件；
- 5、提供供应商1年以上资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内]；
- 6、提供供应商依法纳税证明材料；
- 7、提供供应商1年以上无违法不良记录的证明材料[新注册企业提供当年内]；
- 8、其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。

（二）诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)]，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

三、报名与采购文件获取

1、报名与购买采购文件时间：2023年02月16日-02月22日[8:00-11:30；14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，供应商须在规定的时间内到指定地点购买本采购文件，并登记备案，如在规定时间内未购买采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2、报名与购买采购文件地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼

3、本采购文件售价：人民币100.00元/包[不收外币、不接受电子支付；文件售后不退，谈判资格不能转让]

4、供应商购买采购文件时应携带以下资料：

报名时由项目负责人持法人授权委托书报名，并携带资质证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证、特殊行业注册证或许可证、诚信证明（上述政府网站打印）、无违法不良记录证明（上述政府网站打印）等到指定地点进行现场报名；以上材料收加盖公章复印件，授权委托书收原件。

四、响应文件递交须知

1、截止时间

2023年02月23日08:30时上班时间[周末、中午休息、节假日除外]，逾期送达的文件拒不接收。

2、投响应文件密封方式：档案袋封装

五、开标时间和地点

1、时间：2023年02月23日08时30分[北京时间]

2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介：<http://www.zysbzqrmmy.cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。

八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1正1副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

2、合格供应商将各产品样本带至评标现场[本项目不适用]。



**遵义市播州区人民医院**

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

3、综合评标法。

4、开标条件：响应报价 $\geq 3$ 家。

九、联系方式

1、主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区远程会诊中心二楼

遵义市播州区人民医院总务科

2023年02月16日