

遵义市播州区人民医院

关于购置水机维护耗材内部竞争性谈判采购的公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2023-ZS004

项目名称：购置水机维护耗材

采购方式：竞争性谈判

采购限价：\

资金来源：自筹

采购需求：

项目编号	产品名称	数量	单位	采购限价	采购需求
BYC-2023-ZS004	水机维护耗材	1	批	1	石英砂、活性炭、树脂等一批耗材采购及安装

技术参数或服务要求

序号	产品名称	数量要求
1	活性炭	240KG
2	树脂	500 L
3	石英砂	500 kg

其他要求：

- 1、需提供所投耗材的相关合格证明材料。
- 2、耗材到场后中标人需负责搬运至指定地点并负责安装调试机器等。
- 3、更换耗材后需由符合相关资质的第三方提供化学污染物检测报告壹份。保证所投耗材出水水质满足《血液透析及其相关用水标准》中的要求。
- 4、对整套水处理设备进行维护保养，保证维修保养后至少 2-3 年内设备完全符合卫生部 2020 版《血液净化标准操作规程》(SOP)和食药监总局《血液透析和相关治疗用水》相关指标。
- 5、标书内附报价表、有效资质、质保期限、服务方案及承诺书加盖公章，（报价含配件费、材料费、人工费、安装费、运输费、卸货费、卫生清理、第三方提供化学污染物检测费及税金等一切费用）。

6、类似项目业绩(以中标通知书或合同书为准)。

7、本项目质保期>1 年，所有配件须与现设备配套使用，如因更换不当造成设备故障需免费维修。

本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

(一) 一般条件要求：符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件；

2、供应商相应的法定代表人、负责人身份证正反两面复印件（必须提供）；委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

3、供应商 1 年以上资产负债表或通过中介审计的有效财务审计报告复印件【新注册企业提供当年内】（必须提供）；

4、提供供应商依法纳税证明材料及缴纳社会保障金的证明材料（必须提供）【新注册企业提供当年内或者依法不用纳税及缴纳社保的证明材料】；

5、提供供应商 1 年以上无违法不良记录的证明材料[新注册企业提供当年内]；

6、其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资质。

(二) 诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

三、报名与采购文件获取

1、报名与购买采购文件时间：2023 年 02 月 14 日-02 月 16 日[8:00-11:30；14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，供应商须在规定的时间内到指定地点购买本采购文件，并登记备案，如在规定时间内未购买采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2、报名与购买采购文件地点：遵义市播州区人民远程医疗中心二楼总务科。

3、本采购文件售价：人民币 100.00 元/包[不收外币、不接受电子支付；文件售后不退，谈判资格不能转让]

4、供应商购买采购文件时应携带以下资料：

报名时由项目负责人持法人授权委托书报名，并携带资质证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证、特殊行业注册证或许可证、诚信证明（上述政府网站打印）、无违法不良记录证明（上述政府网站打印）；以上材料收加盖公章复印件，授权委托书收原件。

四、响应文件递交须知

1、截止时间

2023 年 02 月 17 日 08 : 30 时上班时间[中午休息、周末、节假日除外]，逾期送达的文件拒不接受。

2、投响应文件密封方式：档案袋封装

五、开标时间和地点

1、时间：2023 年 02 月 17 日 08 时 30 分[北京时间]。

2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介：<http://www.zysbzqrmeyy.cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。

八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正 1 副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

2、最低评标价法。

3、开标条件：响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

1、主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

十、请严格遵守疫情防控相关规定。

遵义市播州区人民医院总务科

2023 年 02 月 14 日