

遵义市播州区人民医院

关于购置自动洗胃机项目的内部竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2023-ZS006

项目名称：购置自动洗胃机

采购方式：内部竞争性磋商

采购限价：\

资金来源：自筹

采购需求：

项目编号	产品名称	数量	单位	采购限价	产地来源
BYC-2023-ZS006	自动洗胃机	1	套	\	国产

技术参数或服务要求

一、产品参数及功能要求：

- 1、洗胃压力：47kPa-55kPa
- 2、出胃液量：≤450ml/次
- 3、进胃液量：≤350ml/次
- 4、液量平衡：≤250ml/次
- 5、噪声：≤65dB(A)
- 6、输入功率：≤80VA
- 7、电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz
- 8、自动压力反馈控制系统。
- 9、强力换向防堵结构。
- 10、压力液量双安全保护。
- 11、进出胃液量平衡控制功能。
- 12、进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口 和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。）
- 13、进出胃动态数字压力显示。
- 14、无油膜式泵。

二、商务要求

- 1、设备整机保修≥2 年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少 2 次的上门维护保养工作。
- 2、3 个月内非人为质量问题提供换货。售后服务响应时间不超过一小时，全年 24 小时技术支持，6 小时内提供维修方案及报价，24 小时内到达现场，贵州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式

本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

（一）一般条件要求：符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

- 1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业

执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件；

2. 须提供医疗器械经营备案凭证/经营许可证；

3. 若产品不是本公司生产的，还须提供产品生产商/代理商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一）、医疗器械生产备案凭证/生产许可证（或医疗器械经营备案凭证/经营许可证）；

4. 须提供医疗器械产品备案凭证/注册证及相应登记附表；

5. 须提供生产厂家产品销售授权书。

6. 提供供应商 1 年以上资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内]；

7. 提供供应商依法纳税证明材料[新注册企业可提供当年内或提供依法不需要纳税的相关文件证明]；

8. 提供供应商 1 年以上无违法不良记录的证明材料及供应商主体信用记录【新注册企业提供当年内】；

9. 其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。

（二）诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn]，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

三、报名与采购文件获取

1. 报名与购买采购文件时间：2023 年 02 月 16 日-02 月 22 日[8:00-11:30；14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，供应商须在规定的时间内到指定地点现场购买本采购文件，并登记备案，如在规定时间内未购买采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2. 报名与购买采购文件地点：遵义市播州区人民远程医疗中心二楼总务科；报名方式：现场报名。

3. 本采购文件售价：人民币 100.00 元/包[不收外币、不接受电子支付；文件售后不退，谈判资格不能转让]

4. 供应商购买采购文件时应携带以下资料：

报名时由项目负责人持法人授权委托书报名，并携带资质证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证、特殊行业注册证或许可证、诚信证明（上述政府网站打印）、无违法不良记录证明（上述政府网站打印）；以上材料收加盖公章复印件，授权委托书收原件。

四、响应文件递交须知

1、截止时间

2023 年 02 月 23 日 10 : 00 时上班时间[中午休息、周末、节假日除外]，逾期送达的文件拒不接受。

2. 投响应文件密封方式：档案袋封装

五、开标时间和地点

1. 时间：2023 年 02 月 23 日 10 时 00 分[北京时间]。



遵义市播州区人民医院

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介：<http://www.zysbzqrmeyy.cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入

八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正 1 副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

2、最低评标价法。

3、开标条件：响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

1、主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

十、请严格遵守疫情防控相关规定。

遵义市播州区人民医院总务科

2023 年 02 月 16 日