

遵义市播州区人民医院

关于购置治疗型电子胃镜项目内部单一来源采购的公告

【暨邀请通知】

依据本院相关采购管理制度和临床需求，经设备科申报，总务科依法依规程序对**购置治疗型电子胃镜项目组织内部单一来源采购**；现依申报邀请**奥林巴斯厂家指定授权经销商**就所需产品进行报价和谈判。

- 一、项目编号：BYC-2023-ZS014
- 二、项目名称：**购置治疗型电子胃镜**
- 三、预算限价：\
- 四、项目内容及需求

项目编号	分项名称	单位	数量	采购限价（元）	产地来源
BYC-2023-ZS014	购置治疗型电子胃镜	条	1	\	进口
技术参数或服务要求					
序号	产品名称	参数要求			
1	治疗型电子胃镜	1. 名称：治疗型电子胃镜 2. 数量：1 条 3. 技术参数： 3.1 视野范围 ≥ 140 度； 3.2 景深：3-100mm； 3.3 最小可视距离 3mm； 3.4 先端部外径 ≤ 9.9 mm； 3.5 插入部外径 ≤ 9.9 mm； 3.6 弯曲部角度：上 210 度、下 90 度；左 100 度、右 100 度； 3.7 钳子管道内径 ≥ 3.2 mm； 3.8 插入部有效长度： ≥ 1030 mm； 3.9 内镜信息记忆：内置记忆芯片，可存储相关参数并提示器械伸出方向； 3.10 按钮数量 4 个，可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控大小、图像强调、电子放大、图像冻结四种功能； 3.11 可兼容特殊光影像系统，清晰显示特殊光影像； 3.12 具有副送水通道，可满足治疗需要。 3.13 内镜采用黑白 CCD 设计，保证每单元面积 CCD 还原更多图像色彩；支持窄带成像。 二、商务要求 1. 保修期 ≥ 1 年			

*本项目不接受联合体投标。

*其它要求：详见《采购文件》。

四、合格供应商应当具备的资格条件，符合《政府采购法》第二十二条之规定；

- 1、提供供应商合法有效的生产、经营、注册等资格证照及法人委托文件；
- 2、提供产品生产商合法有效的生产、经营、注册等资格证照；
- 3、提供医疗器械经营资格证明文件；
- 4、提供产品流通渠道及授权关系证明文件；

- 5、提供供应商 1 年以上资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内]；
- 6、提供供应商依法纳税及缴纳社会保障金证明材料；
- 7、提供供应商 1 年以上无违法不良记录的证明材料[新注册企业提供当年内]；
- 8、其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。
- 9、诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

五、采购文件获取

- 1、2023 年 4 月 11 日—4 月 18 日[8:00-11:30；14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，联系总务科免费获取。

六、谈判时间和地点

- 1、时间：2023 年 4 月 19 日 08 时 30 分（北京时间）。
- 2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

七、公告发布媒介：<http://www.zysbzqrmmy.cn> 遵义市播州区人民医院（官网）

八、联系方式

- 1、申购主管科室：设备科
联系人及电话：白女士 13985227666
- 2、采购办理科室：总务科
联系人及电话：罗女士 19184538868
- 3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼
- 4、投诉与举报：27252009

遵义市播州区人民医院总务科

2023 年 4 月 11 日