

**遵义市播州区人民医院**  
**关于购置亚低温治疗仪、便携式电子纤支镜项目的**  
**紧急内部竞争性磋商公告**

**一、项目基本情况**

项目编号：BYC-2023-ZS007

项目名称：购置亚低温治疗仪、便携式电子纤支镜

采购方式：内部竞争性磋商

采购限价：\

资金来源：自筹

采购需求：

项目编号	分项名称	单位	数量	采购限价（元）	产地来源
BYC-2023-ZS007	亚低温治疗仪	台	3		国产
	便携式电子纤支镜	套	2		

**技术参数或服务要求**

序号	产品名称	参数要求
1	亚低温治疗仪	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 制冷方式：进口无氟压缩机制冷，可长时间持续使用</li><li>2. 空载降温范围：<math>\geq 1^{\circ}\text{C}/\text{分钟}</math></li><li>3. 噪音：<math>\leq 58\text{dB}</math></li><li>4. 报警功能：缺水、传感器插头拔出</li><li>5. 独特的计时功能可判断病人真实体温变化趋势功能</li><li>6. 二路独立输出，两套系统可独立进行升降温</li><li>7. 外观专利设计，小巧美观，移动方便，操作便利</li><li>8. 压缩机、温控表、计时器、体温传感器，水泵等主要部件采用国际知名品牌，质量稳定可靠</li><li>9. 生产厂家为专业制造研发降温毯的企业，品牌影响力大</li><li>10. 主机接口采用快速插拔装置，插拔快速不漏水，带自锁功能</li><li>11. 水泵循环流量 <math>\geq 75\text{L}/\text{min}</math></li><li>12. 有独立温度控制器，温度控制精准度 <math>\leq 0.2^{\circ}\text{C}</math></li><li>13. 控温范围：水毯水温设定范围：<math>3^{\circ}\text{C}\sim 20^{\circ}\text{C}</math>，精准度 <math>\pm 0.1^{\circ}\text{C}</math> 病人体温设定范围：<math>30^{\circ}\text{C}\sim 38.5^{\circ}\text{C}</math>，精准度 <math>\pm 0.1^{\circ}\text{C}</math></li><li>14. 水毯材料：TPU（热塑性聚氨酯弹性体）材料，耐臭氧，耐低温，可消毒。</li><li>15. 系统（每单台）主要组成（A、包含但不限于以下内容；B、必须完全满足并实现技术参数与配置要求，投标时提供解决方案和原厂说明文件）</li><li>15.1 主机 1 台</li></ol>



		15.2 水毯及附件 1 套 15.3 水帽及附件 1 套 15.4 温度传感器 1 套
2	<b>便携式电子纤支镜</b>	<p>一、便携式小屏主机技术要求</p> <p>1: 采用智能主控芯片,可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄,无需转接。</p> <p>2: 采用广角高亮显示屏,视场角<math>\geq 160^\circ</math>。</p> <p>3: 主机屏幕<math>\geq 3.5</math>寸,显示分辨率<math>\geq 640 \times 480</math>。</p> <p>4: 屏幕采用医用电阻触摸屏,通过压力点触,方便医生戴手套操作。</p> <p>5: 可通过 HDMI 外接显示器,实现同屏实时显示传输。</p> <p>6: 主机内置多媒体系统,可拍照、录像、录音,可在主机上直接阅读、回放。</p> <p>7: 可通过 USB 实现数据导出,方便科研、教学。</p> <p>8: 主机内置操作使用视频,方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。</p> <p>9: 具有户外/户内环境模式,以适应不同插管环境。</p> <p>10: 内置锂电池,容量不低于 2500mAh,工作时间<math>\geq 240</math>分钟,具备电量管理功能。</p> <p>11: 主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离,无需旋转,方便临床使用及携带。</p> <p>12: 显示器能上下 <math>0^\circ \sim 130^\circ</math> 转动,左右 <math>0^\circ \sim 270^\circ</math> 转动,以方便特殊体位的操作。</p> <p>13: 可通过有线及无线模式外接图像处理工作站,实现同屏实时显示传输。</p> <p>二、手柄技术规格要求</p> <p>1: 采用数字电子微成像技术,无内置光纤,视角<math>\geq 120^\circ</math>,空间分辨率<math>\geq 10.101\text{p/mm}</math>。</p> <p>2: 采用医用高分子特种材料构造,机身轻盈、结实耐用、高强度、耐腐蚀、寿命长。</p> <p>3: 支气管镜手柄插入部外径<math>\leq 5.2\text{mm}</math>,内置吸引通道直径<math>\geq 2.6\text{mm}</math>,长度<math>\geq 600\text{mm}</math></p> <p>4: 管前端可弯曲角度支持定制,向上<math>\geq 160^\circ</math>,向下<math>\geq 130^\circ</math>。</p> <p>5: 照明采用双 LED 灯,三档亮度可调节,非光纤照明。</p> <p>6: 成像距离范围不小于 <math>3 \sim 50\text{mm}</math>。</p> <p>7: 具备防跌落、可任意弯曲性能,可整体浸泡消毒。</p> <p>8: 可选配插入部旋转功能,左右各旋转 <math>120^\circ</math>。</p> <p>9: 图像预冻结功能,在不影响实时观察的情况下同时可实现观察预冻结图像。</p> <p>10: 一键拍照、录像功能。</p> <p>11: 与主机之间的连接方式采用一键插拔,无需旋转,节省临床抢救时间。</p> <p>12: 吸引接口和吸引按键一体化设计,可匹配多品牌内镜配件,可整体拆卸,方便清洗消毒。</p>



		<p>13: 支持无线及有线传输功能模块连接便携式主机，方便携带。</p> <p>14: 支持无线及有线传输功能模块连接图像处理工作站，实现远程、直播、报告打印等，方便医生操作、教学。</p> <p><b>三、图像处理工作站</b></p> <p>1: 采用智能主控芯片，可通过有线或无线模式无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。</p> <p>2: 采用不小于 13 吋的广角高亮的触摸屏显示及操作。固定支架可调节观察角度，方便临床使用及携带。</p> <p>3: 显示器内置多媒体系统，可拍照、录像、录音；可在显示器上直接阅读、回放；可通过 HDMI 接口，连接具有 HDMI 接收功能的监视器输出本图像处理工作站显示信号，方便科研、教学。</p> <p>4: 显示器内置操病例管理系统，支持病历管理功能，可制作图文报告、制作视频报告，查看、编辑、预览、打印病历报告以及病历报告检索。</p> <p>5: 可通过接入 WIFI 和 4G 网络实现添加好友、分享视频/图像文件、预约会诊（语音预约、语音留言预约、表单预约）等功能。</p> <p>6: 可实现设备、场景等多画面显示。</p> <p>7: 可一键联系厂家，做使用培训支持及保修。</p> <p>8、配置台车 1 台。</p>
3	<p><b>商务要求:</b></p> <p>1. 设备整套系统保修≥2 年；</p> <p>2. 售后服务响应时间不超过一小时，工程师必需在 24 小时内达到现场，全年 24 小时技术支持；</p> <p>3. 使用培训、应用培训方案由投标方提供；</p> <p>4. 厂方承担物流费用并提供免费安装；</p> <p>5. 签订合同后五天内到货安装调试。</p>	

**★本项目不接受联合体投标。**

其它要求：详见《采购文件》

**二、合格供应商应当具备的资格条件**

(一) 一般条件要求：符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件；

2. 须提供医疗器械经营备案凭证/经营许可证；

3. 若产品不是本公司生产的，还须提供产品生产商/代理商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一）、医疗器械生产备案凭证/生产许可证（或医疗器械经营备案凭证/经营许可证）；

4. 须提供生产厂家产品销售授权书。



- 5、提供供应商 1 年以上资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内]；
- 6、提供供应商依法纳税证明材料[新注册企业可提供当年内或提供依法不需要纳税的相关文件证明]；
- 7、提供供应商 1 年以上无违法不良记录的证明材料及供应商主体信用记录【新注册企业提供当年内】；
- 8、其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。

(二) 诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

### 三、报名与采购文件获取

1、报名与购买采购文件时间：2023 年 02 月 27 日-03 月 01 日[8:00-11:30；14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，供应商须在规定的时间内到指定地点现场购买本采购文件，并登记备案，如在规定时间内未购买采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2、报名与购买采购文件地点：遵义市播州区人民远程医疗中心二楼总务科；报名方式：现场报名。

3、本采购文件售价：人民币 100.00 元/包[不收外币、不接受电子支付；文件售后不退，谈判资格不能转让]

4、供应商购买采购文件时应携带以下资料：

报名时由项目负责人持法人授权委托书报名，并携带资质证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证、特殊行业注册证或许可证、诚信证明（上述政府网站打印）、无违法不良记录证明（上述政府网站打印）；以上材料收加盖公章复印件，授权委托书收原件。

5、本项目可通过 QQ 邮箱报名，供应商将单位名称、联系人及手机号码以及上述报名所需资料盖章扫描后将扫描件发送到指定 QQ 邮箱（3266520453@qq.com）进行报名，报名后发放项目采购文件，敬请关注邮箱回复。（敬请关注邮箱，收到后请回复，未回复单位视为自动放弃）

### 四、响应文件递交须知

1、截止时间

2023 年 03 月 02 日 08 : 30 时上班时间[中午休息、周末、节假日除外]，逾期送达的文件拒不接收。

2、投响应文件密封方式：档案袋封装

### 五、开标时间和地点

1、时间：2023 年 03 月 02 日 08 时 30 分[北京时间]。

2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介：<http://www.zysbzqrmmy.cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

### 七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准

自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入

## 八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正 1 副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

2、最低评标价法。

3、开标条件：响应报价 $\geq 3$ 家。

## 九、联系方式

1、主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

## 十、请严格遵守疫情防控相关规定。

遵义市播州区人民医院总务科

2023 年 02 月 27 日