

## 遵义市播州区人民医院

### 关于购置注射泵、输液泵项目的内部竞争性磋商公告

#### 一、项目基本情况

项目编号：BYC-2023-ZS009

项目名称：购置注射泵、输液泵项目

采购方式：内部竞争性磋商

采购限价：\

资金来源：自筹

采购需求：

项目编号	产品名称	数量	单位	采购限价	产地来源
BYC-2023-ZS009	注射泵	20	台	\	国产
	输液泵	20	台	\	国产

#### 技术参数或服务要求

序号	产品名称	技术参数或服务要求
1	注射泵	<ol style="list-style-type: none"> <li>可多通道叠加使用，有效节省空间。</li> <li>注射模式： 简易定速模式（一键启动注射）：在主界面上可以直接设定运行速度。</li> <li>注射速度 50ml (60ml) 注射器： (0.1~1500.0)ml/h（每级增量为0.1ml/h） 30 注射器：(0.1~900.0)ml/h（每级增量为0.1ml/h） 20 注射器：(0.1~600.0)ml/h（每级增量为0.1ml/h） 10 注射器：(0.1~300.0)ml/h（每级增量为0.1ml/h）</li> <li>流速的精确度：在±3%以内。</li> <li>泵的机械精度：在±2%以内。</li> <li>Blous 注射速度：50ml (60ml) 注射器：(0.1~1200)ml/h 30ml 注射器：(0.1~720)ml/h 20ml 注射器：(0.1~480)ml/h 10ml 注射器：(0.1~240)ml/h</li> <li>快速推注速度： 50ml (60ml) 注射器：1500ml/h 30ml 注射器：900ml/h 20ml 注射器：600ml/h 10ml 注射器：300ml/h</li> <li>限制量：0.1ml~9999.9ml。</li> <li>累计注射量：0.1ml~9999.9ml（每级增量为0.1ml）。</li> <li>阻塞报警阈值压力等级： 高：800mmHg±200mmHg (106.7kPa±26.7kPa) 中：500mmHg±100mmHg (66.7kPa±13.3kPa) 低：300mmHg±100mmHg (40.0kPa±13.3kPa)</li> <li>报警及提示功能：注射将尽报警、注射完毕报警、限制量注射完</li> </ol>



		<p>毕报警、注射阻塞报警、注射器脱落报警、注射器未正确安装报警、电池电量不足报警、电池电量空报警、设置错误语音提示、交流电源已拔出提示、注射开始提示。</p> <p>12. 报警方式：声光报警、文字提示。</p> <p>13. 注射器规格：自动识别 10ml、20ml、30ml、50ml（60ml）注射器。内置多种注射器品牌。完善的注射器品牌规格调试技术，正确校准后可与任何品牌（符合国家标准）的注射器兼容。</p> <p>14. 液晶显示屏+数码管双屏显示，人性化界面、动态显示各种工作状态；键盘+飞梭键操作，方便易操作。</p> <p>15. 自带注射器安装检测开关，并同时灯光提示。</p> <p>16. 电源：两种供电工作方式，市电：~220V、50Hz；内置电池：11.1V 可充电锂电池组，容量≥1800mAh；新电池充满电后，可供注射泵以 5ml/h 速率运行时，连续工作 4 小时以上。（注：可根据用户需要更改电池规格，增加放电时间。）</p> <p>17. KVO 速度：0.1ml/h~5ml/h（最小步进 0.1ml/h，默认 1ml/h）。</p> <p>18. 功率：30VA。</p> <p>19. IP 等级：属 IP24 防溅设备。</p> <p>20. 安全等级：I 类、内部电源、CF 型连续运行设备。</p> <p>21. 运行环境条件：a) 环境温度范围：+5℃~+40℃ b) 相对湿度：20~90% c) 大气压力范围：86.0KPa~106.0 KPa</p> <p>22. 运输和储存条件： a) 环境温度范围：-20℃~+55℃ b) 相对湿度：≤93% c) 大气压力范围：50.0KPa~106.0 KPa</p>
2	输液泵	<p>1. 输液模式：ml/h 模式、滴/min 模式。</p> <p>2. 输液速度范围：ml/h 模式：(1~1200)ml/h，每级 1ml/h；滴/min 模式：(1~266) 滴/min。</p> <p>3. 输液速度的准确性：ml/h 模式准确性在±5%以内；滴/min 模式准确性在±3%以内。</p> <p>4. 输液泵的机械精度：在±2%以内。</p> <p>5. 快速输液速率：100 ml/h~1000 ml/h（每级增量为 100 ml/h）。</p> <p>6. 输血量：1ml~9999ml。</p> <p>7. 累计输血量：0ml~9999.9ml。</p> <p>8. KVO 速度：1ml/h~5ml/h（每级 1ml/h）。</p> <p>9. 阻塞报警阈值： 高：800mmHg±200mmHg (106.7kPa±26.7kPa)； 中：500mmHg±100mmHg (66.7kPa±13.3kPa)； 低：300mmHg±100mmHg (40.0kPa±13.3kPa)。</p> <p>10. 输液器：内置多个输液器品牌。含有输液器品牌规格调试技术，正确校准后可使用任何品牌（符合国家标准）的输液器。</p> <p>11. 报警及提示功能：输液完成报警、管道阻塞报警、请关好门报警、管内有气泡报警、运行异常报警、电池电量不足报警、电池电量空报警、掉电报警、设置错误语音提示、交流电源已拔出提示等。</p> <p>12. 报警方式：声光报警、文字提示。</p> <p>13. 报警音量：可根据临床需要选择四档报警音量（高、中、低、关）。</p>



	<p>14. 气泡探测器：超声波探测方式，探测灵敏度<math>\geq 25 \mu\text{L}</math>。</p> <p>15. 电源：两种供电工作方式，市电：<math>\sim 220\text{V}</math>、<math>50\text{Hz}</math>；内置电池：<math>11.1\text{V}</math>可充电锂电池组，容量<math>\geq 1800\text{mAh}</math>；新电池充满电后，可供输液泵以<math>25\text{ml/h}</math>速率运行时，连续工作4小时以上。（注：电池工作时间可根据用户需要更改电池规格，增加放电时间）。</p> <p>16. 功率：<math>30\text{VA}</math>。</p> <p>17. IP等级：属IPX4防溅设备。</p> <p>18. 安全等级：I类、内部电源、CF型连续运行设备。</p> <p>19. 运行环境条件：a) 环境温度范围：<math>+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}</math> b) 相对湿度：<math>20 \sim 90\%</math> c) 大气压力范围：<math>86.0\text{KPa} \sim 106.0\text{KPa}</math></p> <p>20. 运输和储存条件：a) 环境温度范围：<math>-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}</math> b) 相对湿度：<math>\leq 93\%</math></p> <p>21. 显示：双屏显示，超大屏幕全中文液晶显示屏显示操作界面，数码管显示累计量。</p> <p>22. 资质： 符合IEC60601-2-24标准 符合IEC60601-1-2标准 符合IEC60601-1-8标准 符合GB9706.27标准(国家强制性标准)</p>
--	---

## 二、商务要求

- 1、设备整机保修 $\geq 5$ 年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作。
- 2、3个月内非人为质量问题提供换货。售后服务响应时间不超过一小时，全年24小时技术支持，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，贵州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式

### 本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

### 二、合格供应商应当具备的资格条件

（一）一般条件要求：符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件；

2. 须提供医疗器械经营备案凭证/经营许可证；

3. 若产品不是本公司生产的，还须提供产品生产商/代理商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一）、医疗器械生产备案凭证/生产许可证（或医疗器械经营备案凭证/经营许可证）；

4. 须提供医疗器械产品备案凭证/注册证及相应登记附表；

5. 须提供生产厂家产品销售授权书。

6、提供供应商1年以上资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内]；

7、提供供应商依法纳税证明材料[新注册企业可提供当年内或提供依法不需要纳税的相关文件证明];

8、提供供应商 1 年以上无违法不良记录的证明材料及供应商主体信用记录【新注册企业提供当年内】;

9、其它特别指明要求提供的材料、证明等;项目属特种行业的提供相应资证。

(二) 诚信资格要求:提供购买标书当日至谈判前一天任一时间,在“信用中国”网站[[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)],包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

### 三、报名与采购文件获取

1、报名与购买采购文件时间:2023 年 03 月 07 日-03 月 13 日[8:00-11:30; 14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外],供应商须在规定的时间内到指定地点现场购买本采购文件,并登记备案,如在规定时间内未购买采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2、报名与购买采购文件地点:遵义市播州区人民远程医疗中心二楼总务科;报名方式:现场报名。

3、本采购文件售价:人民币 100.00 元/包[不收外币、不接受电子支付;文件售后不退,谈判资格不能转让]

4、供应商购买采购文件时应携带以下资料:

报名时由项目负责人持法人授权委托书报名,并携带资质证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证、特殊行业注册证或许可证、诚信证明(上述政府网站打印)、无违法不良记录证明(上述政府网站打印);以上材料收加盖公章复印件,授权委托书收原件。

### 四、响应文件递交须知

#### 1、截止时间

2023 年 03 月 14 日 08 : 30 时上班时间[中午休息、周末、节假日除外],逾期送达的文件拒不接受。

2、投响应文件密封方式:档案袋封装

### 五、开标时间和地点

1、时间:2023 年 03 月 14 日 08 时 30 分[北京时间]。

2、地点:遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介:<http://www.zysbzqrmmy.cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

### 七、保证金

供应商递交响应文件前,应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为,不恶意扰乱投标规则和采购秩序,一经发现则列入

### 八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正 1 副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。



**遵义市播州区人民医院**

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

2、最低评标价法。

3、开标条件：响应报价 $\geq$ 3家。

九、联系方式

1、主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

十、请严格遵守疫情防控相关规定。

遵义市播州区人民医院总务科

2023年03月07日