

遵义市播州区人民医院 关于购置连续性血液净化用管路附件等耗材项目的内 部竞争性谈判采购公告 (第三次)

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2024-ZS003

项目名称：购置连续性血液净化用管路附件等耗材

采购方式：内部竞争性谈判

采购需求：

项目编号	产品名称	数量(批)	产地来源
BYC-2024-ZS003	连续性血液净化用管路附件	1	不限
	空心纤维血液透析滤过器	1	
	连续性血液净化管路	1	
	透析用废液袋	1	
	一次性使用血液透析滤过器及配套管路	1	

一、技术参数及服务要求

序号	材料名称	技术参数及服务要求
1	连续性血液净化用管路附件	1. 用途：用于连续性血液净化管路系统，用于连续性血液净化治疗时连接不同器件或传感器。 2. 基本描述：由保护帽、圆锥接头、管路夹、PVC 管路、接头和穿刺器组成，环氧乙烷灭菌，一次性使用。
2	空心纤维血液透析滤过器	1. 用途：适用于一次性使用于急性透析治疗，包括机器辅助进行的连续性静脉、静脉血液滤过，血液透析以及血液透析滤过。也适用于非机器辅助的连续性动脉、静脉血液滤过或血液透析。



		2. 基本描述：由以下部分组成，封装材料，外壳和顶盖，膜密封环，血液保护帽和透析液保护帽，灭菌包装，一次性使用。
3	连续性血液净化管路	1. 用途：本产品适用于连续性血液净化治疗，可用于 CVVH，CVVHD 和 CVVHDF 三种治疗模式。 2. 基本描述：包括动/静脉管路系统、滤过液管路系统、透析液管路系统、置换液管路系统；环氧乙烷灭菌，一次性使用。
4	透析用废液袋	1. 用途：作为血液透析/滤过治疗用配件，在透析治疗期间，用于废液的收集。 2. 基本描述：由管路、接头、保护帽、管路类以及液体袋组成；管路：医用级软质 PVC；接头及其它部件：PC、PP、PVC、ABS。
5	一次性使用血液透析滤过器及配套管路	1. 用途：适用于与连续性血液净化装置一同使用，用来提供连续体液处理和肾替代治疗；适用于患急性肾脏衰竭、液体过量，或两种情况都有的患者； 2. 基本描述：主要由空心纤维、外壳和顶盖、管路、支架以及收集袋组成；环氧乙烷灭菌。
二、商务要求		
<p>1、所投价格不得高于贵州省药品、耗材招采子系统挂网价、且不得高于贵州省内其他二级以上公立医院供货价。（必须提供价格佐证资料，供货发票或合同）</p> <p>2. 投标供应商应具有完善的销售供应和售后服务保障体系，接到供货通知后须 48 小时内送货。</p> <p>3. 对中标的供应商，若在规定的时间内不能及时供货或中标供应商合同期内擅自改变中标价格的，我院有权立即终止合作并停止付款。</p>		

★ 本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

（一）一般条件要求：

符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1. 在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；

2. **特殊资格要求：**①投标产品属于医疗器械管理的产品，须提供所投产品的医疗器械注册证（含登记表等附件）或医疗器械备案证书（凭证）；②投标产品属于医疗器械管理的产品，供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投产品）或医疗器械经营许可备案证明材料，同时提供生产厂商的《医疗器械生产许可证》（生产范围覆盖所投产品）；供应商为生产厂商的，须提供《医疗器械生产许可证》（生产范围覆盖所投产品），同时提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投产品）或医疗器械经营许可备案证明材料；

3. 须提供生产厂家、产品销售授权书和相关资质证明材料；

4. 供货单位所供产品必须能够满足 EICU、ICU 使用需求，并且提供产品须在贵州省药品、耗材招采子系统上挂网；

5. 若所投产品为可单独收费耗材，须提供有效的最新贵州省 27 位医保结算码；

6. 贵州省高值医用耗材阳光采购平台备案配送商证明信息；

7. 须提供经合法审计机构出具的 2022 或 2023 年度财务审计报告，或投标截止时间前 3 个月的资产负债表）【新注册企业提供当年内】；

8. 提供供应商 2023 年 9 月至今任意 3 月的依法缴纳税收及缴纳社会保障金的凭据或证明材料【新注册企业提供当年内或者依法不用纳税及缴纳社保的，须提供有效的证明文件】；

9. 提供供应商 1 年以上无违法不良记录的证明材料【新注册企业提供

当年内】【供应商自行承诺】；

10. 其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。

（二）诚信资格要求

提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单 <http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

三、报名与采购文件获取

（一）报名与采购文件获取时间

2024年6月20日-2024年6月26日[8:00-11:30；14:00-17:30][周末、节假日除外]，供应商须在规定的时间内将报名资料发送到指定报名邮箱并登记备案，如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加；

（二）报名方式

电子邮件报名；

（三）报名邮箱

zysbzqrmmyy2024@163.com ；

（四）相关提示及报名资料

参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标的项目名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称，另扫描以下资料作为该邮件附件发送至报名邮箱：

1) 三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；

2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件（复印件加盖公章）；

3) 合格供应商应当具备的资格条件第一条第2款特殊资格要求中所需资料（复印件加盖公章）；

4) 诚信资格证明材料、无违法不良记录证明（复印件加盖公章）；

5) 《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》；

6) 《投标廉洁承诺书》。

四、响应文件递交须知

（一）截止时间：

2024年6月27日09:00（星期四）上班时间，逾期送达的文件拒不接受。

（二）投响应文件密封方式

档案袋密封。

五、开标时间和地点

（一）开标时间

2024年6月27日09时00分（星期四）[北京时间]。

（二）开标地点

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

六、信息公开媒介

遵义市播州区人民医院[官网]:<http://www.zysbzqrmmy.cn>。

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币0元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。

八、评标办法摘要



遵义市播州区人民医院

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

(一) 合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正、1 副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

(二) 评标方法

最低评标价法。

(三) 开标条件

响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

(一) 申购主管科室

设备科 联系人及电话：白女士 13985227666；

(二) 办理科室

总务科 联系人及电话：罗女士 0851-27221960；

(三) 联系地址

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

(四) 投诉与举报电话

纪委综合办 联系电话：0851-27252009

遵义市播州区人民医院总务科

2024年6月20日