



遵义市播州区人民医院
关于购置口腔显微镜的院内竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2025-ZS009

项目名称：购置口腔显微镜

采购方式：院内竞争性磋商

采购需求：

项目编号		项目名称		数量/单位	产地来源
BYC-2025-ZS009		购置口腔显微镜		1 套	国产
技术参数或服务要求					
序号	产品名称	数量及单位	技术参数或服务要求		
1	口腔显微镜	1 套	一、主镜部分 1. 显微镜采用进口光学玻璃，多层镀膜增透。 2. 变角双目镜筒，角度调节范围不低于 0-180°。 3. 双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围不小于 55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于 1mm，调节旋钮带消毒罩。 4. 高眼点广角目镜，护眼杯高度可调，视度调节范围不小于±7D。 5. 视场直径范围不小于 12mm~120mm。 6. 连续变倍系统：快速、方便地连续调整放大倍率，放大倍数覆盖 2 倍-19 倍。 7. 人体工程学 30° 光学延长器与分光器集成。 8. 双目镜筒倾摆功能装置：在医生坐姿不变的情况下，镜身向左向右倾摆时可保持双目镜筒保持水平观察位置。 9. 内置一体式变焦系统：焦距覆盖范围 F200mm-450mm，带物镜防溅罩，左右手柄部位集成变焦旋钮。 二、照明部分 1. 光源：LED 照明系统，亮度连续可调。物面照度不低于 80,000Lx，平均使用寿命不少于 60000 小时。 2. 自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关灯，下拉至工作位自动开灯。 3. 显微镜配置专为口腔科设计的橙色滤镜，用于树脂充填以防止		



		填充物固化；配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度，确保手术治疗安全。 4. 照明光斑大可连续调节。 5. 荧光模块：可用于辅助检查探测龋齿和去除多余树脂材料； 三、影像部分 1. 内置 4K 超高清影像摄录系统：分辨率 3840x2160； 2. 影像存储：USB3.0 影像储存，USB2.0 功能控制，图片、视频记录格式：JPEG；MP4； 3. 具备≥24 寸显示器，含显示器支架、显微镜立柱抱箍。 4. 配置无线脚控开关，用于拍照与录像。 四、支架部分 1. 落地式支架。 2. 支架臂伸展范围不小于 1500mm。小横臂与镜身连接，长度不低于 600mm，旋转角度：±150°，上下移动不小于±300mm；大横臂与立柱连接，长度不小于 500mm，旋转角度：300°。 3. 平衡系统：可根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮，有效提高显微镜操作顺滑性和舒适度。在加载照相机、摄像机等附件后，镜头仍可在任意角度悬停，可调节镜头角度与位置。 4、可旋转手柄，集成一键拍照录像按钮与变焦旋钮。
商务要求		
1. 整机及附件免费保修 3 年；		

★本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

（一）一般条件要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照（三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权；

2. 特殊资格要求：



①投标产品属于医疗器械管理的产品，须提供所投产品的医疗器械注册证（含登记表等附件）或医疗器械备案证书（凭证）；

②投标产品属于医疗器械管理的产品，供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投产品）或医疗器械经营许可备案证明材料，同时提供生产厂商的《医疗器械生产许可证》（生产范围覆盖所投产品）；供应商为生产厂商的，须提供《医疗器械生产许可证》（生产范围覆盖所投产品），同时提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投产品）或医疗器械经营许可备案证明材料；

3. 须提供生产厂家产品销售授权书和相关资质证明材料；

4. 须提供经合法审计机构出具的 2023 或 2024 年度财务审计报告，或投标截止时间前 3 个月的资产负债表【新注册企业提供当年内】；

5. 提供供应商 2025 年 1 月至今任意 3 月的依法缴纳税收及缴纳社会保障金的凭据或证明材料【新注册企业提供当年内的依法缴纳税收及缴纳社会保障金的凭据或证明材料；依法未纳税的，须提供税务零申报证明材料】；

6. 提供供应商在参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明【新注册企业提供当年内】；

7. 其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应证明材料。

（二）诚信资格要求：

提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单 <http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

三、报名与采购文件获取



遵义市播州区人民医院

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

(一) 报名与采购文件获取时间:

2025年6月11日-2025年6月19日[8:00-11:30; 14:00-17:00][周末、节假日除外], 供应商须在规定的时间内将报名资料发送到指定报名邮箱并登记备案, 如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加;

(二) 报名方式:

电子邮件报名;

(三) 报名邮箱:

zysbzqrmmyy2024@163.com ;

(四) 相关提示及报名资料

参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题: 注明公司名称、竞标的项目名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称, 另扫描以下资料作为该邮件附件发送至报名邮箱:

1) 三证合一的营业执照副本(复印件加盖公章);

2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件(复印件加盖公章);

3) 合格供应商应当具备的资格条件第一条第2款特殊资格要求中所需资料(复印件加盖公章);

4) 诚信资格要求资料、没有重大违法记录的书面声明(复印件加盖公章);

5) 《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》;

6) 《投标廉洁承诺书》。

四、响应文件递交须知

(一) 响应文件递交时间



2025年6月20日08:00~08:30（北京时间），逾期送达的文件拒不接受；同时需提交纸质版报名资料一套，并每页加盖报名公司鲜章。

（二）投响应文件密封方式

档案袋密封。

五、开标时间和地点

（一）开标时间

2025年6月20日09时00分（星期五）[北京时间]。

（二）开标地点

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

六、信息公开媒介

遵义市播州区人民医院[官网]:<http://www.zysbzqrmyy.cn>。

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币0元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。

八、评标办法摘要

（一）合格供应商须提供规范有效的响应文件[1正、1副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

（二）评标方法：

综合评标法。

（三）开标条件：

响应报价≥3家。

九、联系方式

（一）主管科室：

设备科 联系人及电话：白女士 0851-27250703



遵义市播州区人民医院

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

(二) 办理科室:

总务科 联系人及电话: 罗女士 0851-27221960

(三) 联系地址:

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

(四) 投诉与举报电话

纪委综合办 联系电话: 0851-27252009

遵义市播州区人民医院总务科

2025 年 6 月 11 日

总务科